



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 7 lipca 2015 r.

DBA-2/240-30/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla **laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Część XVII Pluczka automatyczna do czytnika testów ELISA – 1 zestaw

Czy Zamawiający w części XVII dopuszcza płuczkę z 5 butlami o podanych przez Zamawiającego funkcjach, każda o pojemności 2 litrów? Nie jest to dla nas jasne, czy podana przez Zamawiającego pojemność 1 litr to minimum czy maksimum.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza płuczkę z minimum 4 butlami o pojemności minimum 1 litr i maksimum 2 litry każda. W związku z powyższym Zamawiający zmienia w części XVII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące pojemności na:

urządzenie wyposażone w:

- minimum 1 butla o pojemności od 1 do 2 litrów na popłuczyny;
- minimum 2 butle o pojemności od 1 do 2 litrów na bufor;
- minimum 1 butla o pojemności od 1 do 2 litrów na płyn przemywający.

Pytanie 2

Część XVII Pluczka automatyczna do czytnika testów ELISA – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płuczki o zakresie dozowania 50-450µl? Pojemność robocza typowych płytek 96 dołkowych to zazwyczaj od 50 µl do 250 µl na dołek, natomiast objętość maksymalna dołka dla typowej płytki mieści się w zakresie 300-400 µl. Dozowanie poniżej 50 µl nie zapewniałoby dostatecznego płukania, natomiast dozowanie 450 µl wystarcza do zapełnienia dołków płytki o normalnej wysokości z powyżej ich objętości maksymalnej.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza płuczkę o zakresie dozowania 50-450 µl. W związku z powyższym Zamawiający zmienia w części XVII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące zakresu dozowania na: **zakres dozowania nie węższy niż 50÷450µl na dołek na cykl regulowana z krokiem nie większym niż 50 µl.**

Pytanie 3

Część XVII Pluczka automatyczna do czytnika testów ELISA – 1 zestaw

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie treści wymagań Zamawiającego. Jakiego parametru roboczego pluczki dotyczy punkt „Automatyczna kalibracja”?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż automatyczna kalibracja dotyczy nastawnej głębokości igieł płuczających i odsysających.

Pytanie 4

Część XIII Mikroskop stereoskopowy – 1 sztuka

Prosimy o doprecyzowanie parametrów mikroskopu stereoskopowego dot. pola widzenia okularów WF 10x (18mm, 20mm czy 22 mm) oraz zakresu płynnej zmiany powiększenia.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie z maksymalnym powiększeniem optycznym nie mniejszym niż x20, z głowicą zoom z płynną zmianą w zakresie deklarowanych powiększeń i polem widzenia nie mniejszym niż 18 mm. W związku z powyższym Zamawiający w części XIII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące charakterystyki **dodaje zapis "pola widzenia nie mniejsze niż 18 mm"** i zmienia:

- **maksymalne powiększenie optyczne nie mniejsze niż x20;**
- **głowica zoom z płynną zmianą w zakresie deklarowanych powiększeń.**

Pytanie 5

Część XV Spektrofotometr jednowiązkowy – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr jednowiązkowy z dokładnością fotometryczną 5 mAbs przy 0.5 Abs?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 6

Część XV Spektrofotometr jednowiązkowy – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr jednowiązkowy z zakresem rejestracji ± 3 Abs (200-900 nm)?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 7

Część XV Spektrofotometr jednowiązkowy – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr jednowiązkowy ze stabilnością linii bazowej (Dryft fotometryczny w oparciu o pomiar próby ślepej - 30 min linia bazowa stabilna):

190-199 nm	+/-0.0100 Abs
200-349 nm	+/-0.0054 Abs
350-899 nm	+/-0.0034 Abs
900-1100 nm	+/-0.0100 Abs?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 8

Część XV Spektrofotometr jednowiązkowy – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr jednowiązkowy z szybkością skanowania 900 nm/min (w przyrostach 1-nm)?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 9

Część XV Spektrofotometr jednowiązkowy – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr jednowiązkowy, który nie posiada portu RS-232 natomiast posiada interfejs USB oraz Ethernet?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 10

Część XV Spektrofotometr jednowiązkowy – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr jednowiązkowy bez informacji nt. poziomów szumów?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 11

Część IX Fotometr absorpcyjny jednowiązkowy UV-VIS – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fotometru o znacznie wyższe czułości i mniejszych szumach (niż opisane w przedmiotowej SIWZ), tj. matryca CCD z 3648 pikselami?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 12

Część IX Fotometr absorpcyjny jednowiązkowy UV-VIS – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fotometru z możliwością podłączenia do drukarki przez komputer, zapewniający transfer i wydruk danych pomiarowych poprzez zapis na pendrivie?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 13

Część IX Fotometr absorpcyjny jednowiązkowy UV-VIS – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kuwety kwarcowej o drodze optycznej 1 mm do pomiarów próbek o objętości 1 - 3 µl, pozwalającej na pomiar wysokich stężeń próbek bez uprzedniego rozcieńczania?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 14

Część XVII Pluczka automatyczna do czytnika testów ELISA – 1 zestaw

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płuczki z 50 programami, wstępnie zaprogramowanymi, umożliwiającymi łatwą modyfikację parametrów i dostosowanie do potrzeb Użytkownika, co skraca proces zapisywania nowego programu pracy płuczki?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 15

Część XVII Pluczka automatyczna do czytnika testów ELISA – 1 zestaw

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płuczki z możliwością wyboru typu płytki, z którą pracuje Użytkownik (płytką płaską, U-kształtną, V-kształtną) oraz typu aspiracji (odsysania) płynu z dołka (aspiracja kołowa, 2-punktowa i kwadratowa) zamiast możliwości regulacji głębokości igieł płuczających i odsysających? Konieczność regulacji głębokości igieł płuczających i odsysających jest bardziej uciążliwa, czasochłonna i mniej ergonomiczna dla Użytkownika.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 16

Część XVII Pluczka automatyczna do czytnika testów ELISA – 1 zestaw

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płuczki z możliwością płukania programowanej ilości pasków w sekwencji: np. 1,2,3,4, bez możliwości wyboru kolumn i pasków nie leżących obok siebie, np. 2,5,7,9?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część. Dotychczasowy **termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie**. Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 30 lipca 2015 r. godz. 11:30.

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony aktualny Załącznik Nr 1 do SIWZ uwzględniający wszystkie zmiany dokonane do aktualnego momentu.

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak