



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 18 sierpnia 2015 r.

DBA-2/240-41/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla **laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytania

Część IV Wirówka – 1 sztuka

1. Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne wirówki (S x G x W) 23cm x 26,2cm x 13,1cm ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.
2. Czy Zamawiający dopuszcza czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 15000 RPM nie dłuższy niż 22 sekundy (optymalny dla zapewnienia maksymalnej trwałości silnika) i czas zatrzymania rotora od maksymalnej prędkości 15000 RPM nie dłuższy niż 30 sekund , optymalny dla uniknięcia niepożądanego efektu sedimentacji wirowanych próbek?
3. Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny poziom hałasu podczas wirowania z maksymalną prędkością 15000 RPM nie przekraczający 60 dB(A) ?
4. W związku z tym, że w charakterystyce minimalnych wymagań Zamawiający zawarł opisy i parametry urządzenia wskazujące na rozwiązania konkretnego producenta zwracamy się z zapytaniem w myśl art. 29. ust. 1 - 3. Ustawy PZP: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie konkurencyjności składania ofert poprzez dopuszczenie wirówki z wymaganym wyposażeniem tj. metalowym rotorem pozwalającym na wirowanie 12 probówek pojemności 1,5/2ml, która osiąga lepsze niż oczekiwane a istotne dla procesu wirowania parametry tj. regulowaną prędkość w zakresie 100 – 14 500 RPM, rozdzielczość, co 100 RPM, maksymalne przyspieszenie 15 279 xg, posiadającą możliwość wyboru i ustawienia parametrów wirowania w 9 programach, możliwość wyboru po 3 charakterystyki rozpędzania i hamowania, instalacją 5 rotorów, z ustawianym czasem wirowania w zakresie 15s – 99min 45s + ∞, o wymiarach 27x22x18 mm, hałasem podczas pracy nieprzekraczającym 59 dB, czasem osiągnięcia prędkości maksymalnej 26s, czas zatrzymania rotora 23s, z otwarciem pokrywy przyciskiem COVER po uprzednim dźwiękowym sygnale zakończenia procesu wirowania (łącznie z zatrzymaniem rotora) spełniającą pozostałe wymagane parametry?

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Wirowanie jest jednym z wielu etapów wykonywanych badań. Zwiększenie czasu osiągnięcia maksymalnej prędkości o 5 do 7 sek. oraz czasu hamowania o 14 do 18 sek. (łącznie 19 do 25 sek.) ma znaczenie w przypadku wielokrotnych wirowań. Wpływa to na

efektywność małego zespołu pracowników wykonujących bardzo dużo badań. Natomiast hałas wpływa negatywnie na samopoczucie pracowników (obniżenie koncentracji, uczucie zmęczenia). Wirówka jest jednym z wielu urządzeń na stanowisku pracy wywołujących hałas, więc dodatkowe zwiększenie poziomu hałasu nie jest wskazane w miejscu wykonywania pracy wymagającej uwagi i skupienia.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **17 września 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 17 września 2015 r. godz. 11:30.**

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak