



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska  
Dyrektor Generalny Urzędu  
Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów

DBA-2/240-32/2016

Warszawa, 29 lipca 2016 r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

#### dotyczy Części III

##### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium o głębokości zewnętrznej nie większej niż 950mm z pokrętlami zaworów wystającymi do 50mm ponad ten wymiar?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

##### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium o głębokości roboczej wynoszącej równe 750mm?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

##### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium ze stelażem wykonanym z wysokogatunkowej stali konstrukcyjnej, niskowęglowej, fosforanowej, malowanej proszkowo atestowanymi farbami epoksydowymi o najwyższej trwałości chemicznej?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

##### Pytanie 4

Czy zamawiający chciałby dygestorium wyposażone w kratownicę, czy chciałby mieć możliwość wyposażenia go w kratownicę w przyszłości?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż zgodnie z zapisami w SIWZ na tylnej ścianie dygestorium konieczny jest układ, który umożliwia montaż kratownicy. Sama kratownica na etapie realizacji przetargu nie jest wymagana.

##### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium wyposażonego w podwójną ścianę tylną ze szczelinami do odprowadzania par lekkich oraz ciężkich. Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane w dygestoriach i nie ma ono wpływu na bezpieczeństwo oraz jakość pracy.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium bez profilu aerodynamicznego wokół otworu okiennego? Jest on zbędny do bezpiecznej pracy dygestorium. Nie jest on również wymagany żadną normą.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium wyposażone w jedną ramę okna z szybami przesuwanymi w poziomie?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium z oknem przesuwanym manualnie? Przy takim rozwiązaniu niemożliwe jest zastosowanie przycisku nożnego. Czy też, zamawiający wymaga okna suwanego elektrycznie za pomocą przycisków?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż zgodnie z zapisami w SIWZ nie dopuszcza okna otwieranego manualnie, dopuszcza okno przesuwane elektrycznie.

### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium wyposażone w 4 gniazda wtykowe (IP44).

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium bez gniazd wewnętrznych?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

### **Pytanie 11**

Czy zamawiający zezwoli aby wszystkie gniazda zamontować w panelach bocznych ze względów bezpieczeństwa- takie rozwiązanie chroni gniazda przed zalaniem.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium bez szuflady w listwie poziomej, z jedną szafką na kółkach pod dygestorium wyposażoną w szufladę.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium ze zintegrowanym panelem sterowania bez ekranu, który jest obsługiwany za pomocą przycisków membranowych umożliwiających prace w rękawiczkach?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dygestorium z układem nadzorującym poprawność działania wskazującym bieżący przepływ powietrza w m/s? (Jest to standard producenta).

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

**Pytanie 15**

Zamawiający wymaga aby dygestorium spełniało normę EN 14175 cz. 2 i 3- rozumiem, że na potwierdzenie tego należy dołączyć do oferty certyfikat wydany przez niezależne laboratorium akredytowane?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 1 do SIWZ Wykonawca powinien załączyć do ofert certyfikat potwierdzający zgodność dygestorium z dyrektywą 2006/42/WE i 2004/108/WE oraz normą EN ISO 12100:2010.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 18 sierpnia 2016 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Monika Bronkau-Ługowska