



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
sprawa DBA-2/240-17/2015**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**na**

**Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728).**

**Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 134.000 €**

Zatwierdził:

Małgorzata Tomczak

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r.

## **Spis treści**

### **CZEŚĆ I. Postanowienia ogólne**

1. Zamawiający
2. Tryb i oznaczenie postępowania
3. Przedmiot zamówienia
4. Termin realizacji zamówienia
5. Zamówienia uzupełniające
6. Wymagania dotyczące wadium
7. Opis sposobu przygotowania ofert
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów
11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

### **CZEŚĆ II. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty**

- A Warunki udziału w postępowaniu
- B Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
- C Dokumenty oraz oświadczenia, które musi zawierać oferta

### **CZEŚĆ III. Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej**

1. Ocena Wykonawców i ofert
2. Opis sposobu obliczenia ceny
3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

### **CZEŚĆ IV. Postanowienia końcowe**

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
2. Unieważnienie postępowania
3. Udzielenie zamówienia
4. Istotne postanowienia umowy
5. Obowiązujące przepisy
6. Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy

### **CZEŚĆ V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

### **CZEŚĆ VI. Załączniki**

## CZĘŚĆ I

### Postanowienia ogólne

**1. Zamawiający:**

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
00 – 950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1,  
Telefon: 22 556 01 29, faks: 22 826 20 30  
e-mail: [zamowienia@uokik.gov.pl](mailto:zamowienia@uokik.gov.pl),  
strona internetowa: [www.uokik.gov.pl](http://www.uokik.gov.pl)

**2. Tryb i oznaczenie postępowania**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) i zostało oznaczone znakiem **DBA-2/240-17/2015** na jaki Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

**3. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728).

Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych (CPV): 73.11.10.00-3 laboratoryjne usługi badawcze,

60.10.00.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego,

90.53.3.00-2 usługi gospodarki odpadami,

90.91.31.00-1 usługi czyszczenia zbiorników.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

**4. Termin realizacji zamówienia**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**5. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w zakresie przedmiotowym określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamówienia uzupełniające nie mogą przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego, a ich przedmiotem mogą być usługi zgodne z określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

**6. Wymagania dotyczące wadium**

6.1. Ustala się wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).

- 6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000., z adnotacją „wadium – numer sprawy **DBA-2/240-17/2015**. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
- 6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
- a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
  - b) kwotę gwarancji,
  - c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia .....– do dnia .....”,
  - d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.
- 6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
- 6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- 6.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.
- 6.9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
- 6.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 6.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
- 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 6.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 6.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszej Części dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
- 6.15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

## **7. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej.
- 7.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum).
- 7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 7.5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
- 7.6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
- 7.7. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
- 7.8. Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją umowy.
- 7.9. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.**
- 7.10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- 7.11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.15.). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
- 7.12. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, musi zostać złożone pełnomocnictwo w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonych notarialnie.**
- 7.13. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z punktem 7.12.
- 7.14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- 7.15. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
- 7.16. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca **nie może zastrzec** informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

## 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 8.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
- 8.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast **oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.**
- 8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 8.4. **Ofertę należy złożyć (dostarczyć)** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00 – 950), pl. Powstańców Warszawy 1, **Kancelaria pokój nr 1.6 (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe)**, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż **do godziny 10:00 dnia 28 kwietnia 2015 r.**
- 8.5. Ofertę należy umieścić w **podwójnej kopercie**. Koperty (Zamawiający zaleca, aby koperta zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy zaadresować następująco:

✂ .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wykonawca:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Zamawiający:</b><br>Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów<br>pl. Powstańców Warszawy 1<br>00 – 950 Warszawa<br><b><u>Wydział Zamówień Publicznych</u></b> |
| <b>OFERTA NA:</b><br>„Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania |                                                                                                                                                                |

**i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728)”**

**Sprawa DBA-2/240-17/2015**

**Nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2015 r., godz. 10:30**

- ✂ .....
- 8.6. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisanie oferty.**
- 8.7. **Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, pokój 406, IV piętro.
- 8.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje informacje wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy, tj. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 8.9. **W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający prześle informacje wskazane w punkcie 8.8 na wniosek Wykonawcy.**
- 8.10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: **ZMIANA lub WYCOFANIE.**
9. **Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ**
- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
- 9.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 9.4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej na której została udostępniona SIWZ.
- 9.5. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
- 9.6. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
- 9.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym

- przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
- 9.8. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, pkt 9.3 i pkt 9.6 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – [www.uokik.gov.pl](http://www.uokik.gov.pl).
- 9.9. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 9.10. Pytania należy kierować do Dyrektora Generalnego Urzędu - Moniki Bronkau – Ługowskiej na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt 1 SIWZ.
- 9.11. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw związanych z procedurą postępowania są Katarzyna Szykaruk-Durlik lub Artur Krówka, kontakt: [zamowienia@uokik.gov.pl](mailto:zamowienia@uokik.gov.pl).
- 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów**
- 10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.2 i pkt. 10.3.
- 10.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa w formie pisemnej.
- 10.3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust 3 Pzp nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.**
- 10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy prześlą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
- 10.5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała miejsce na stronie [www.uokik.gov.pl](http://www.uokik.gov.pl) – publikacja dokumentacji następować będzie tylko w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
- 11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.**
- 11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **CZĘŚĆ II**

### **Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty**

- A. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty Warunki udziału w postępowaniu**
- 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:**
- 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. posiadania akredytowanego laboratorium, niezależnego od przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw, które

uzyskało akredytację na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości paliwa (art. 2 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw);

- 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą złożyć oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – (Załącznik Nr 2 do SIWZ).**

W przypadku Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie: w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – składa każdy odrębnie, natomiast w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 – wszyscy łącznie.

2. **W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca musi złożyć:**
  - 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
  - 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;
  - 2.4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - 2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 (odpowiednio do statusu Wykonawcy), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dla podmiotu zbiorowego tj. osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - 2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - 2.8. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (wzór oświadczenia Załącznik Nr 8 do SIWZ) albo Oświadczenie o przynależności do

grupy kapitałowej, wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (wzór oświadczenia Załącznik Nr 8A do SIWZ).

2.9. Wykonawcy zagraniczni.

2.9.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 2.2-2.7 lit. B – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2.4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt B 2.2.-2.7. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.

3. **Wymagania dotyczące potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia**  
**Wykonawca musi złożyć:**

3.1 Oświadczenie, iż laboratorium jest akredytowane i niezależne od przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw – wypełniony i podpisany **Załącznik Nr 4 do SIWZ**;

3.2 Aktualny certyfikat akredytacji Laboratorium (Wykonawcy) wraz z zakresem akredytacji wskazujący, iż Wykonawca jest akredytowanym laboratorium, które uzyskało akredytację na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości paliwa;

3.3 W przypadku, jeśli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu **pisemne** zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

- a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – **Załącznik Nr 2 do SIWZ**;
- b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.**

Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozzerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo może odbywać się w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, czy na innej podstawie).

**C. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia**

1. Oryginał **pełnomocnictwa** do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć:
  - 1) pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie (stanowiące oświadczenie każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.12, 7.13 Części I SIWZ,
  - 2) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w pkt 1.1, lit. A, 2.1, - 2.8, 3.1, 3.2 lit. B Części III SIWZ,
  - 3) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
  - 4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Wypełnione i podpisane formularze cenowe na usługi badania paliw ciekłych – stanowiące **Załącznik Nr 5a i 5b do SIWZ**. W formularzu cenowym powinna znaleźć się informacja o tym, które usługi badania parametrów jakościowych Wykonawca zamierza podzlecać Podwykonawcom;
4. Wypełniony i podpisany formularz cenowy na usługi dodatkowe wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia - stanowiący **Załącznik Nr 6 do SIWZ**;
5. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – stanowiący **Załącznik Nr 7 do SIWZ**.

### CZĘŚĆ III

#### **Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej**

- 1.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.
- 1.2. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 1.3. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- 1.4. Zapisy pkt. 1.1 oraz 1.3 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- 1.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 1.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 1.7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 1.8. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń – parter).
2. **Opis sposobu obliczenia ceny**
  - 2.1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  - 2.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
  - 2.3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.
  - 2.4. Cenę oferty należy określić zgodnie ze wskazaniem niniejszego punktu SIWZ wykorzystując dane zgodne z załączonymi formularzami cenowymi – **Załącznikami Nr 5a, 5b i 6 do SIWZ**.
  - 2.5. Wszystkie ceny określone w formularzach cenowych oraz ostateczna cena oferty określona w formularzu oferty muszą być liczone z dokładnością **do dwóch miejsc po przecinku**.
  - 2.6. Wykonawca określa maksymalną cenę oferty  $C_{max}$ , która będzie maksymalną wartością przedmiotu zamówienia i jednocześnie będzie służyła do wyboru najkorzystniejszej oferty.
  - 2.7. Cenę  $C_{max}$  Wykonawca oblicza zgodnie z poniżej podanymi zasadami i podaje ją w **Załączniku Nr 7 do SIWZ** – formularzu ofertowym.

- 2.8. Wykonawca w formularzach cenowych na usługi badania parametrów jakościowych paliw ciekłych (**Załączniki Nr 5a, 5b do SIWZ**) winien podać ceny jednostkowe badań laboratoryjnych poszczególnych parametrów.
- 2.9. W sytuacji, jeżeli do badania danego parametru (parametr X) niezbędne jest uprzednie zbadanie innego parametru lub parametrów pośrednich, a następnie podstawienie go do odpowiedniego wzoru, oczywiste jest, że ten inny parametr(y) należy zbadać.
- 2.10. W formularzu cenowym dla parametru X Wykonawca winien wpisać cenę badania pomniejszoną o cenę badania parametru lub parametrów pośrednich.
- 2.11. Jeżeli badanie danego parametru pośredniego niezbędnego do zbadania parametru X nie zostanie objęte odrębnie danym zleceniem, Wykonawca powinien w fakturze doliczyć cenę za zbadanie takiego parametru pośredniego do ceny za zbadanie parametru X, zgodnie z kwotą wpisaną w formularzu cenowym jako cena badań tego parametru pośredniego.
- 2.12. Zasady obliczenia  
Cena  $C_{\max}$  powinna być obliczona według następujących zasad:

$$C_{\max} = A * (C_{\text{BEN-MON}} + C_{\text{BEN-ROn}} + C_{\text{BEN-VP}} + C_{\text{BEN-D}} + C_{\text{BEN-ZS}}) + B * (C_{\text{BEN-ZW}} + C_{\text{BEN-ZB}} + C_{\text{BEN-ZT}} + C_{\text{BEN-ZO}}) + C * (C_{\text{BEN-G}} + C_{\text{BEN-OI}} + C_{\text{BEN-ZZ}} + C_{\text{BEN-KnM}} + C_{\text{BEN-LOT}}) + D * (C_{\text{ON-G}} + C_{\text{ON-SF}} + C_{\text{ON-ZS}} + C_{\text{ON-TZ}} + C_{\text{ON-FAME}} + C_{\text{ON-ZW}}) + E * (C_{\text{ON-LC}} + C_{\text{ON-ZZ}} + C_{\text{ON-L}} + C_{\text{ON-CFPP}}) + F * (C_{\text{ON-IC}} + C_{\text{ON-PpK}} + C_{\text{ON-PpS}} + C_{\text{ON-KnM}} + C_{\text{ON-OnU1}} + C_{\text{ON-OnU2}} + C_{\text{ON-S}} + C_{\text{ON-TM}} + C_{\text{ON-ZWWA}}) + C_{\text{utyl}} * I_{\text{utyl}} + 0,5 * C_{\text{kil}} * I_{\text{kil}}$$

Gdzie

$C_{\text{ON-....}}$  - ceny jednostkowe brutto za wykonanie usługi badania 1 próbki oleju napędowego w zakresie danego parametru – oznaczenie i cena zgodnie z Załącznikiem Nr 6a,

$C_{\text{BEN-....}}$  - ceny jednostkowe brutto za wykonanie usługi badania 1 próbki benzyny w zakresie danego parametru jakościowego – oznaczenie i cena zgodnie z Załącznikiem Nr 6b,

A, B, C, D, E, F – współczynniki mnożnikowe, zgodnie z poniższą Tabelą Nr 1:

Tabela Nr 1

| A   | B   | C  | D   | E   | F  |
|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 495 | 245 | 78 | 495 | 245 | 78 |

$C_{\text{utyl}}$  - cena brutto za przechowywanie próbki oraz utylizację 1 pojemnika metalowego wraz z pozostałościami paliwowymi, zgodna z Załącznikiem cenowym Nr 6,

$C_{\text{kil}}$  - cena brutto za 1 kilometr przejechany specjalistycznym samochodem udostępnionym przez Wykonawcę, zgodna z Załącznikiem cenowym Nr 6,

$I_{\text{utyl}}$  - szacunkowa ilość usług utylizacji pojemników metalowych wraz z pozostałościami paliwowymi, zgodnie z poniższą Tabelą Nr 2,

$I_{\text{kil}}$  - szacunkowa ilość kilometrów przejechanych specjalistycznym samochodem udostępnionym przez Wykonawcę, zgodnie z poniższą Tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2

| $I_{\text{kil}}$ | $I_{\text{utyl}}$ |
|------------------|-------------------|
| 35 000           | 2600              |

**Obliczona cena  $C_{\max}$  winna zawierać podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości.**

$C_{\max}$  jest ceną, którą Zamawiający będzie wykorzystywał przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- 2.13. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do

przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.14. Wykonawca złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.

**3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

**3.1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**Cena oferty - 97 % (waga kryterium)**

**Ilość zbadanych próbek – 3 % (waga kryterium)**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium **cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

**Punkty będą liczone według wzoru:**

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 97 \quad (\text{waga kryterium})$$

**Ilość zbadanych próbek – 3 pkt (waga kryterium)** (z zastrzeżeniem, iż nie może być mniej niż 10 próbek)

**Punkty w kryterium ilość zbadanych próbek (Ibp) będą liczone w sposób następujący:**

Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę większej liczby próbek paliw ciekłych w stosunku do ilości minimalnej określonej przez Zamawiającego, którą Wykonawca przyjmie w ciągu jednego dnia do badania i przebadania metodami akredytowanymi w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu ich przyjęcia do badań, w zakresie parametrów określonych w Załącznikach Nr 5a i 5b do SIWZ oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Wykonawca otrzyma 0,5 punktu za każdą dodatkową zadeklarowaną próbkę do badania (w stosunku do minimalnej ilości określonej przez Zamawiającego wynoszącej 10 próbek). Oferta wykonawcy, który zadeklaruje mniejszą ilość próbek do przyjęcia i przebadania niż 10 próbek zostanie odrzucona przez Zamawiającego jako niezgodna z treścią SIWZ.

| Deklarowana przez Wykonawcę ilość zbadanych próbek (z zastrzeżeniem iż nie może być mniejsza niż 10) | Liczba punktów |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10                                                                                                   | 0              |
| 11                                                                                                   | 0,5            |
| 12                                                                                                   | 1              |
| 13                                                                                                   | 1,5            |
| 14                                                                                                   | 2              |

|    |     |
|----|-----|
| 15 | 2,5 |
| 16 | 3   |

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 3 punkty (otrzyma ją Wykonawca oferujący, iż przebadania 16 i więcej próbek).

- 3.2. Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
- 3.3. Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3.4. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:  

$$S = C + Ibp$$
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.
- 3.5. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
- 3.6. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto, zaproponowana przez Wykonawcę oraz ilość zbadanych próbek.

## CZĘŚĆ IV

### Postanowienia końcowe

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. **Unieważnienie postępowania**  
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.
3. **Udzielenie zamówienia**
  - 3.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej Specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.
  - 3.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki postępowania.
  - 3.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 94 ustawy.
  - 3.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
  - 3.5. W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 3.6. Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. **Istotne postanowienia umowy**  
Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy stanowiące **Załącznik Nr 9 do SIWZ**.

## **5. Obowiązujące przepisy**

W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.

## **6. Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy**

**Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy.**

Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii:

- 1) zmian pozwalających na dostosowanie zapisów umownych do aktualnych na dzień zlecenia badania próbek paliw ciekłych aktów prawnych;
- 2) zmian wynikających ze zmian przekształceń podmiotowych jednej ze stron umowy;
- 3) zmian w zakresie podzlecenia przez Wykonawcę badań poszczególnych parametrów określonych przez Wykonawcę w ofercie; zlecenie badań parametru, który zgodnie z ofertą Wykonawca miał wykonywać we własnym zakresie może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, takich jak awaria urządzeń, zmiana zakresu akredytacji, a jednocześnie zachowane będą zapisy § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy oraz cena badania nie ulegnie zwiększeniu;
- 4) zmian w zakresie wyboru Podwykonawcy, na wykonywanie badań poszczególnych parametrów określonych przez Wykonawcę w ofercie, przy czym zmiana ta może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy oraz cena badania nie ulegnie zwiększeniu;
- 5) zmian w zakresie terminu obowiązywania umowy określonego w pkt 4 Części I SIWZ, w przypadku jeśli w tym terminie nie zostanie wykorzystane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Istotnych postanowień umowy.

### **Określenie sposobu zmian**

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
2. Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.

## **CZĘŚĆ V**

### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

#### **1. Przepisy ogólne.**

- 1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
- 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
- 3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
  - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;

- skarga do sądu.

**2. Odwołanie.**

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
- 4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.

**3. Skarga do sądu.**

- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
- 3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
- 4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

## **CZĘŚĆ VI**

### **Załączniki**

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy,
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu akredytowanego laboratorium i jego niezależności od przedsiębiorców,
5. Załącznik Nr 5a i 5b - Formularze cenowe na usługi badania próbek paliw ciekłych,
6. Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy na usługi dodatkowe,
7. Załącznik Nr 7 – Formularz ofertowy,
8. Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,
9. Załącznik Nr 8a – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
10. Załącznik Nr 9 – Istotne postanowienia umowy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest:
  - badanie próbek paliw ciekłych, tj. badanie próbek benzyn silnikowych i olejów napędowych,
  - badanie próbek niezidentyfikowanych produktów naftowych,
  - zestawienie ogólnej próbki średniej z próbek punktowych pobranych w trakcie kontroli hurtu paliwowego,
  - sporządzenie analizy otrzymanych wyników, zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 4259 „Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania”,
  - sporządzenie protokołu z badań zawierającego stwierdzenie czy przebadana próbka paliwa spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
- 1.1. Badanie próbek musi być wykonywane zgodnie z postanowieniami:
  - a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728);
  - b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 148).
  - c) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z. 2012 r. poz. 496);
  - d) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058);
  - e) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2010 r., Nr 55, poz. 332).
- 1.2. Próbkę paliw ciekłych, których badanie pod względem spełniania wymagań jakościowych stawianych w odpowiednim rozporządzeniu jest przedmiotem zamówienia, będą pobierane na terenie Polski. Badanie próbek paliw poprzedza ich dostarczenie przez inspektora Inspekcji Handlowej lub upoważnionego pracownika Inspekcji Handlowej do Laboratorium lub do upoważnionego pracownika Wykonawcy i ich przyjęcie potwierdzone protokołem przyjęcia próbki do badań (w sposób określony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących **Załącznik Nr 9 do SIWZ**).
- 1.3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać zdolność do przyjęcia do badań minimum 10 próbek paliw ciekłych łącznie, w tym minimum 5 próbek oleju napędowego oraz minimum 5 próbek dla benzyn silnikowych, w ciągu jednego dnia i przebadania ich metodami akredytowanymi w terminie 3 dni, licząc od dnia następnego po dniu ich przyjęcia do badań, w zakresie parametrów określonych w Załączniku Nr 5a i 5b do SIWZ oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych.
- 1.4. Parametry jakościowe benzyn silnikowych oraz oleju napędowego, a także metody ich badań określone w ww. rozporządzeniach zostały zamieszczone w **Załącznikach Nr 5a i 5b do SIWZ**. Wszystkie badania parametrów jakościowych paliw ciekłych muszą być wykonywane akredytowanymi metodami badania określonymi w rozporządzeniu w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych przez akredytowane laboratoria.
- 1.5. Zamawiający wymaga, aby każde sprawozdanie z badań było opatrzone symbolem akredytacji PCA zgodnie z wymogami wynikającymi z dokumentu PCA nr DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA” wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
- 1.6. Pobrane próbki paliw ciekłych będą badane w dwóch „systemach”, tzw. systemie europejskim oraz w tzw. pozostałych kontrolach. Zakres badań w systemie europejskim i w ramach

pozostałych kontroli będzie określany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie aktualnych wymagań kontrolnych i rynkowych.

- 1.7. Szacunkowa minimalna ilość próbek paliw, które Zamawiający planuje przekazać w celu ich zbadania do 31 grudnia 2015 r. wynosi łącznie **325 próbek**. Natomiast przewidywana, szacunkowa, maksymalna ilość próbek, która może zostać przekazana do badań laboratoryjnych wynosi **650 próbek ( $I_{Pmax}$ )**. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku przekazania mniejszej ilości próbek paliw ciekłych od określonych przez Zamawiającego.
- 1.8. **Laboratorium, do którego będą dostarczane próbki paliw ciekłych do zbadania, powinno znajdować się na terenie jednego z województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie, świętokrzyskie.**
- 1.9. Badania próbek ww. paliw muszą być wykonywane z zastosowaniem akredytowanych metod badania określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2010 r., Nr 55, poz. 332). Protokół z wykonanego badania wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia próbek paliw do badań. Zamawiający wymaga, aby dostarczony protokół był sporządzony wyłącznie w języku polskim.
- 1.10. Wykonywanie przedmiotu zamówienia wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia w badaniach międzylaboratoryjnych prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 1.11. Z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wiążą się dodatkowo następujące usługi:
  - przechowywanie próbek, próbek kontrolnych w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech charakterystycznych, do czasu przeprowadzenia badania lub złożenia przez właściwego wojewódzkiego inspektora wniosku o ich komisyjne zniszczenie, lecz nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy od daty przekazania protokołów badań;
  - komisyjne niszczenie: pozostałości po próbkach, próbek kontrolnych oraz pojemników metalowych po próbkach, potwierdzone dokumentem.
  - mycie butelek szklanych jednolitrowych używanych podczas poboru: próbek w hurcie i próbek przeznaczonych do badania w zakresie zawartości zanieczyszczeń,
  - podstawienie do dyspozycji - w miarę potrzeby Zamawiającego - specjalistycznego transportu dla potrzeb poboru i przewozu próbek paliw oraz przewozu inspektorów Inspekcji Handlowej.
- 1.12. Ilość powyższych usług (z wyjątkiem zabezpieczenia specjalistycznego transportu) jest ściśle uzależniona od ilości próbek paliw ciekłych przekazanych do badania. Natomiast specjalistyczny transport próbek paliw będzie świadczony w przypadkach, kiedy wojewódzki inspektorat IH nie będzie posiadał w danym momencie własnych możliwości transportowych. Sposób realizacji zamówienia jest określony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 9 do SIWZ.
- 1.13. Świadczenie usług specjalistycznego transportu musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi transportu tego rodzaju produktów.
- 1.14. W przypadku, gdy próbki paliw są dostarczane do pomieszczeń laboratorium, w których nie prowadzi się badań Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania ich w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech charakterystycznych w miejscu przyjmowania próbek paliw.
- 1.15. W przypadku przewożenia próbek paliw do miejsca ich badania lub do podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech charakterystycznych.

- 1.16. Wykonawca określa ceny za usługi dodatkowe związane z przechowywaniem i utylizacją próbek paliw ciekłych oraz czyszczeniem butelek po próbkach, zgodnie z zaleceniami Załącznika Nr 6 do SIWZ.
- 1.17. Sposób realizacji zamówienia jest określony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 9 do SIWZ.

## **2. Informacje o podwykonawstwie**

- 2.1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
- 2.2. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom do zbadania maksymalnie do 20 % parametrów dla benzyn i do 20 % parametrów dla oleju napędowego, określonych w formularzach cenowych, stanowiących Załączniki Nr 5a i 5b do SIWZ, metodami określonymi w rozporządzeniu w sprawie metod badania jakości tego paliwa, pod warunkiem, że Wykonawca nie posiada akredytacji na metody badań niezbędne do zbadania tych parametrów.
- 2.3. Wszystkie badania parametrów jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013, poz. 1058) i Załącznikach Nr 5a i 5b do SIWZ (również te, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom) muszą być wykonywane za pomocą akredytowanych metod badania, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2010 Nr 55, poz. 332) przez laboratoria akredytowane w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 20 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728).

***OŚWIADCZENIE***

(sprawa DBA-2/240-17/2015)

**złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728).

ja (imię i nazwisko)

.....  
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....  
jako (stanowisko służbowe)

.....  
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**  
(sprawa DBA-2/240-17/2015)

**złożone zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728).

ja (imię i nazwisko)

.....  
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....  
.....  
jako (stanowisko służbowe)

.....  
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**  
(sprawa DBA-2/240-17/2015)

Przystępując do udziału w postępowaniu na „Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1728))”

oświadczam/-y, że:

posiadamy akredytowane laboratorium i jesteśmy Wykonawcą niezależnym od przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw; pod pojęciem niezależności od przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw należy rozumieć brak powiązań kapitałowych i finansowych, a w szczególności:

- w organie zarządzającym Wykonawcy nie zasiada osoba pełniąca funkcje zarządzającą lub też osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw,
- przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw nie posiada żadnych udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwie Wykonawcy,
- nie prowadzimy działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw.

..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**  
na usługi badania próbek paliw ciekłych  
(sprawa DBA-2/240-17/2015)

Zestawienie cen dla **badan olejów napędowych** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych - (Dz. U. 2013. poz. 1058) oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. Nr 55, poz. 332).

| Lp. | Badany parametr                                           | Akredytowana metoda badania              | Metoda podzlecana | Jednostkowa cena brutto wykonania jednej usługi badania (zł) | Oznaczenie ceny jednostkowej za dany parametr |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Liczba cetanowa                                           | PN-EN ISO 5165*<br>PN-EN 15195*          | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-LC</sub>                            |
| 2.  | Gęstość w temperaturze 15 <sup>0</sup> C                  | PN-EN ISO 3675*<br><br>PN-EN ISO 12185*  | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-G</sub>                             |
| 3.  | Skład frakcyjny                                           | PN-EN ISO 3405                           | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-SF</sub>                            |
| 4.  | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | PN-EN 12916                              | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-ZWWA</sub>                          |
| 5.  | Zawartość siarki                                          | PN-EN ISO 20846*<br><br>PN-EN ISO 20884* | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-ZS</sub>                            |
| 6.  | Indeks cetanowy                                           | PN-EN ISO 4264                           | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-IC</sub>                            |
| 7.  | Temperatura zapłonu                                       | PN-EN ISO 2719                           | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-TZ</sub>                            |
| 8.  | Pozostałości po koksowaniu <sup>1)</sup>                  | PN-EN ISO 10370                          | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-PpK</sub>                           |
| 9.  | Pozostałości po spopieleniu                               | PN-EN ISO 6245                           | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-PpS</sub>                           |
| 10. | Zawartość wody                                            | PN-EN ISO 12937                          | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-ZW</sub>                            |
| 11. | Zawartość zanieczyszczeń                                  | PN-EN 12662                              | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-ZZ</sub>                            |
| 12. | Badanie działania korodującego na miedź                   | PN-EN ISO 2160                           | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-KnM</sub>                           |
| 13. | Odporność na utlenianie <sup>2)</sup>                     | PN ISO 12205                             | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-OnU1</sub>                          |
|     |                                                           | PN-EN 15751                              | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-OnU2</sub>                          |
| 14. | Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia              | PN-EN ISO 12156-1                        | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-S</sub>                             |
| 15. | Lepkość w temperaturze 40 <sup>0</sup> C                  | PN-EN ISO 3104                           | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-L</sub>                             |
| 16. | Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)                 | PN-EN 14078                              | tak/nie**         |                                                              | C <sub>ON-FAME</sub>                          |

|                                                                                                                      |                                               |             |           |  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------------|
| 17.                                                                                                                  | Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP | PN-EN 116   | tak/nie** |  | C <sub>ON</sub> -CFPP |
| 18.                                                                                                                  | Temperatura mętnienia                         | PN-ISO 3015 | tak/nie** |  | C <sub>ON</sub> -TM   |
| <b>C<sub>ON</sub> - Łączna cena wykonania usługi badania próbki oleju napędowego w zakresie 100% parametrów (zł)</b> |                                               |             |           |  | <b>C<sub>ON</sub></b> |

\*) niepotrzebne skreślić (wykonawca może wykazać się jedną akredytowaną metodą z dwóch wskazanych)

\*\*) niepotrzebne skreślić

- 1) w przypadku wykrycia nieprawidłowości przy oznaczaniu pozostałości po koksowaniu należy dokonać oznaczenia zawartości azotanów - cena brutto badania ..... zł
- 2) w przypadku oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estru metylowego (FAME) odporność na utlenianie należy dodatkowo oznaczyć metodą PN-EN 15751.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**  
na usługi badania próbek paliw ciekłych  
(sprawa DBA-2/240-17/2015)

Zestawienie cen dla **badan benzyn silnikowych** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych - (Dz. U. 2013. poz. 1058) oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. Nr 55, poz. 332).

| Lp. | Badany parametr                                                                                                                                                                                                 | Akredytowana metoda badawcza                    | Metoda podzlecana | Jednostkowa cena brutto wykonania jednej usługi badania (zł) | Oznaczenie ceny jednostk. za dany parametr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Badawcza liczba oktanowa RON                                                                                                                                                                                    | PN-EN ISO 5164                                  | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-RON</sub>                       |
| 2.  | Motorowa liczba oktanowa MON                                                                                                                                                                                    | PN-EN ISO 5163                                  | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-MON</sub>                       |
| 3.  | Prężność par, VP                                                                                                                                                                                                | PN-EN 13016-1                                   | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-VP</sub>                        |
| 4.  | Destylacja<br>-do temperatury 70°C odparowuje<br>-do temperatury 100°C odparowuje<br>-do temperatury 150°C odparowuje                                                                                           | PN-EN ISO 3405                                  | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-D</sub>                         |
| 5.  | Temperatura końca destylacji.                                                                                                                                                                                   | PN-EN ISO 3405                                  | tak/nie**         |                                                              |                                            |
| 6.  | Pozostałości po destylacji                                                                                                                                                                                      | PN-EN ISO 3405                                  | tak/nie**         |                                                              |                                            |
| 7.  | Zawartość węglowodorów typu:<br>- oleinowego,<br>- aromatycznego                                                                                                                                                | PN-EN 15553*<br>PN-EN ISO 22854*                | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-ZW</sub>                        |
| 8.  | Zawartość benzenu                                                                                                                                                                                               | PN-EN 238*<br>PN-EN 12177*<br>PN-EN ISO 22854*  | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-ZB</sub>                        |
| 9.  | Zawartość tlenu                                                                                                                                                                                                 | PN-EN 13132*<br>PN-EN 1601*<br>PN-EN ISO 22854* | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-ZT</sub>                        |
| 10. | Zawartość związków organicznych zawierających tlen:<br>- metanol, - etanol<br>- alkohol izopropylowy<br>- alkohol tert-butyłowy<br>- alkohol izobutyłowy,<br>- eter<br>Inne związki organiczne zawierające tlen | PN-EN 13132*<br>PN-EN 1601*<br>PN-EN ISO 22854* | tak/nie**         |                                                              |                                            |
| 11. | Zawartość siarki                                                                                                                                                                                                | PN-EN ISO 20846*<br>PN-EN ISO 20884*            | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-ZS</sub>                        |
| 12. | Zawartość ołowiu                                                                                                                                                                                                | PN-EN 237                                       | tak/nie**         |                                                              | C <sub>BEN-ZO</sub>                        |

|                                                                                                                                |                                                     |                                                             |                          |  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| 13.                                                                                                                            | Gęstość (w temperaturze 15 <sup>0</sup> C)          | PN-EN ISO 12185*<br>PN-EN ISO 3675*                         | tak/nie**                |  | C <sub>BEN-G</sub>     |
| 14.                                                                                                                            | Okres indukcyjny                                    | PN-ISO 7536                                                 | tak/nie**                |  | C <sub>BEN-OI</sub>    |
| 15.                                                                                                                            | Zawartość żywic obecnych                            | PN-EN ISO 6246                                              | tak/nie**                |  | C <sub>BEN-ZŻ</sub>    |
| 16.                                                                                                                            | Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi | PN-EN ISO 2160                                              | tak/nie**                |  | C <sub>BEN-KnM</sub>   |
| 17.                                                                                                                            | Indeks lotności, VLI                                | Obliczany na podstawie wzoru (pkt I 15 załącznika do rozp.) | Akredytacja nie wymagana |  | C <sub>BEN-LOT</sub>   |
| <b>C<sub>BEN</sub> - Łączna cena wykonania usługi badania jednej próbki benzyny silnikowej w zakresie 100% parametrów (zł)</b> |                                                     |                                                             |                          |  | <b>C<sub>BEN</sub></b> |

\*) niepotrzebne skreślić (wykonawca może wykazać się jedną akredytowaną metodą z dwóch wskazanych)

\*\*) niepotrzebne skreślić

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

na pozostałe usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia  
(sprawa DBA-2/240-17/2015)

- 1) Łączna cena jednostkowa (związana z jedną próbką) za usługi:
- komisyjne niszczenie: pozostałości po próbkach, próbek kontrolnych oraz pojemników metalowych po próbkach;
  - przechowywanie próbek, próbek kontrolnych w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech charakterystycznych;
  - mycie butelek szklanych jednolitrowych używanych podczas poboru: próbek w hurcie i próbek przeznaczonych do badania w zakresie zanieczyszczeń - w miarę potrzeby Zamawiającego.

..... zł brutto łącznie za przechowywanie i utylizację jednej próbki wraz z pojemnikiem.

*(Powyższą ceną jednostkową Wykonawca obciąża Zamawiającego za przechowywanie i utylizację każdego z pojemników (w których jest dostarczana próbka paliwa))*

Wykonawca zamierza/nie zamierza\* podzlecać wykonywanie powyższych usług podwykonawcom.

- 2) Cena za przewóz próbek paliw i inspektorów IH samochodem specjalistycznym z miejsca pobrania próbek paliw do laboratorium: \*\*

..... zł brutto za 1 km.

*Uwaga: Wykonawca obciąża Zamawiającego kosztami za przejechane kilometry z laboratorium Wykonawcy (którego siedziba musi znajdować się w jednym z województw określonych odpowiednio w SIWZ) do miejsca podstawienia samochodu gdzie zabrano inspektorów (zazwyczaj siedziba odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektoratu lub delegatury Inspekcji Handlowej) oraz kilometry przejechane z miejsca podstawienia samochodu do laboratorium, gdzie inspektor pozostawił pobrane próbki do badań laboratoryjnych.*

Wykonawca zamierza/nie zamierza\* podzlecać wykonywanie powyższych usług podwykonawcom.

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) należy zamieścić krótki opis specjalistycznego transportu, jakim Wykonawca dysponuje (opis pod kątem wykazania zdolności do przewożenia próbek paliw ciekłych, sposób mocowania próbników)

.....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy pieczętka)

Tel. ....

Fax. ....

REGON .....

NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**sprawa DBA-2/240-17/2015**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w przetargu nieograniczonym na **Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728) na następujących warunkach cenowych:**

**Cena ofertowa** (obliczona zgodnie z wytycznymi pkt. 2 Części III SIWZ) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:

**Cena Cmax brutto** ..... zł  
(słownie złotych: .....)

**Oświadczamy, iż jesteśmy w stanie przyjąć ..... próbek w ciągu jednego dnia do badania próbek paliw ciekłych** zleconych do zbadania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przebadania ich metodami akredytowanymi w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu ich przyjęcia do badań, w zakresie parametrów określonych w Załącznikach Nr 5a i 5b do SIWZ oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, w tym: ..... **próbek oleju napędowego,**  
..... **próbek benzyn silnikowych.**

**Oświadczamy,** że powyższa cena brutto oraz ceny jednostkowe określone w formularzach cenowych stanowiących Załączniki Nr 5a, 5b oraz 6 do SIWZ, po których rozliczane będą usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.

**Oświadczamy,** że podana przez nas cena oraz wszystkie ceny jednostkowe określone w formularzach cenowych stanowiących Załączniki Nr 5a, 5b oraz 6 do SIWZ nie będą podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy,** że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  
.....  
.....

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

**Oświadczamy,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy,** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od terminu składania ofert.

**Oświadczamy**, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące **Załącznik Nr 9** do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Zobowiązujemy się** do realizacji zamówienia na warunkach i w terminie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Akceptujemy** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

**Oświadczamy**, iż Laboratorium Wykonawcy do którego będą dostarczane próbki paliw ciekłych jest zlokalizowane w województwie ..... adres: .....

**Oświadczamy**, iż dostarczane przez Zamawiającego próbki paliw ciekłych będą badane w Laboratorium Wykonawcy zlokalizowanym w województwie ..... adres: .....

**Zobowiązujemy się** do uczestniczenia w badaniach międzylaboratoryjnych próbek paliw ciekłych zleczanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem porównania wyników badań prowadzonych przez poszczególne akredytowane laboratoria.

**Wnieśliśmy** wadium w kwocie ..... zł w formie ..... W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze ..... prowadzonym w Banku .....

**Zamówienia realizujemy** sami/ przy udziale Podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Wszelką korespondencję** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko .....

Adres: .....

Telefon/Fax: .....

Adres e-mail: .....

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

| Czytelne imię i nazwisko | Podpis | Parafa |
|--------------------------|--------|--------|
|                          |        |        |

Prosimy o zwrot wadium wniesionego w pieniądzu na konto bankowe

.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

- .....

- .....

Ofertę niniejszą składamy na .....<sup>1</sup> kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

<sup>1</sup> Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi w SIWZ.

**OŚWIADCZENIE**

(sprawa DBA-2/240-17/2015)

**złożone zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728)”.  
ja (imię i nazwisko)

.....  
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....  
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, **że nie należę do żadnej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**  
(sprawa DBA-2/240-17/2014)

**złożone zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728)”.

ja (imię i nazwisko)

.....  
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....  
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, **że należę do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w skład której wchodzi następujące podmioty:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

.....

..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

**Istotne postanowienia umowy**

W dniu \_\_\_\_\_ r. w Warszawie pomiędzy **Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów** z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym przez:

- Dyrektora Generalnego Urzędu,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą \_\_\_\_\_

z siedzibą przy \_\_\_\_\_, wpisaną do \_\_\_\_\_, posiadającą NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_, reprezentowaną przez :

\_\_\_\_\_

zwaną dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści :

**§ 1.**

Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w związku z wyborem oferty Wykonawcy, (nr post. DBA-2/240-17/2015)

**§ 2.**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę badania próbek paliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1728) oraz inne usługi powiązane z przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem i na warunkach wynikających z opisu przedmiotu umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający szacuje, iż minimalna ilość próbek paliw ciekłych przekazanych do badania wyniesie łącznie **325** próbek benzyn i olejów napędowych w tzw. systemie europejskim i w ramach tzw. pozostałych kontroli.
3. Zamawiający może zlecić wykonanie większej ilości usług badania próbek paliw niż określono w ust. 2, szacunkowo jednak nie przekraczającą **650** próbek paliw (tzw. maksymalna ilość).
4. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w przypadku przekazania do badania mniejszej ilości próbek niż te określone w ust. 2 i ust. 3.
5. Badania określone w § 2 ust. 1 umowy wykonywane będą w ..... zwanym dalej „Laboratorium”, z wyjątkiem badań zleczanych Podwykonawcom, zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik Nr 1 do umowy). Dostarczanie próbek paliw do badania będzie się odbywało do Laboratorium .....(adres)
6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa § 3 umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymienione w ust. 1 badania próbek dostarczonych przez Zamawiającego do Laboratorium lub do upoważnionego pracownika Wykonawcy za pomocą akredytowanych metod oraz przez akredytowane laboratoria określonych w ofercie Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji tego wymogu, aby każde sprawozdanie (protokół) z badań było opatrzone symbolem akredytacji PCA zgodnie z wymogami wynikającymi z dokumentu PCA nr DA-02 „Zasady stosowania symboli

akredytacji PCA” wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

### § 3.

1. Ustala się następujące warunki dostarczania i przyjmowania próbek do badań oraz ich przechowywania:

- 1) Próbki do badań, pobrane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz przepisami dotyczącymi transportu drogowego, dostarczane są do Laboratorium Wykonawcy przez uprawnionego inspektora Inspekcji Handlowej zwanego dalej „Inspektorem”.
- 2) Próbką dostarczona do Laboratorium w swoim oznakowaniu zawiera nazwę wojewódzkiego inspektoratu lub delegatury Inspekcji Handlowej, na terenie właściwości którego została pobrana, rodzaj pobranego paliwa, kod próbki, rodzaj próbki (próbka, próbka kontrolna), rodzaj systemu kontroli jakości paliw ciekłych, od którego zależy ilość badanych parametrów:

a) w ramach europejskiej części systemu bezpośrednio po podpisaniu Umowy badaniami będą objęte wybrane parametry, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013. poz. 1058); które dla benzyn silnikowych i oleju napędowego Zamawiający ustali przed podpisaniem Umowy, tj.:

- dla benzyn silnikowych:

o .....  
o .....  
o .....

- dla oleju napędowego:

o .....  
o .....  
o .....

Zmiana zakresu badanych parametrów może nastąpić na podstawie pisma Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

- b) w ramach pozostałych kontroli bezpośrednio po podpisaniu umowy badaniami będą objęte wybrane parametry jakościowe spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych; (które dla benzyn silnikowych i oleju napędowego Zamawiający ustali przed podpisaniem umowy), tj.:

- dla benzyn silnikowych:

o .....  
o .....  
o .....

- dla oleju napędowego:

o .....  
o .....  
o .....

Zmiana zakresu badanych parametrów może nastąpić na podstawie pisma Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy z jednotygodniowym wyprzedzeniem;

- 3) Wykonawca sporządza protokół przyjęcia próbki - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do umowy - w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje Inspektorowi, a drugi pozostawia w aktach Laboratorium.
- 4) Inspektor lub upoważniony pracownik Inspekcji Handlowej przekazuje upoważnionemu pracownikowi Wykonawcy po 2 próbki każdego badanego paliwa, w warunkach

uniemożliwiających zmianę jakości paliwa i jego cech charakterystycznych, z których jedna jest próbką przeznaczoną do badań, zaś druga stanowi próbkę kontrolną przechowywaną w Laboratorium Wykonawcy.

- 5) Pozostałości po próbkach będą niszczone komisyjnie przez Wykonawcę po przeprowadzeniu badania. Z przeprowadzonego zniszczenia pozostałości po próbkach komisja sporządzi protokół.
  - 6) Próbkę kontrolną niepoddane badaniom są przechowywane u Wykonawcy do czasu przekazania ich do badań w innym Laboratorium lub do czasu złożenia przez właściwego wojewódzkiego inspektora IH wniosku o komisyjne zniszczenie, lecz nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy od daty przyjęcia, z zastrzeżeniem pkt 11.
  - 7) Dostarczanie próbek do badań odbywa się w punkcie przyjmowania próbek w Laboratorium w godzinach: ..... do ..... (minimum od 8.00 do 18.00), a po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu także w godzinach od ..... do ..... (minimum od 18.00 do 22.00); potwierdzeniem dostarczenia próbki jest protokół przyjęcia próbki, o którym mowa w ust. 3. Próbkę przyjmuje upoważniony pracownik Laboratorium.
  - 8) Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego z 1-2 dniowym wyprzedzeniem o ilości próbek dostarczanych do badań w przypadku, gdy ilość próbek dostarczonych jednorazowo będzie większa niż ..... próbek benzyn lub większa niż ..... próbek oleju napędowego lub większa niż ..... próbek łącznie (zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku Nr 7 do SIWZ).
  - 9) Próbkę oraz próbkę kontrolną przechowywane będą przez Wykonawcę w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech charakterystycznych.
  - 10) Komisyjne zniszczenie nieprzebadanych próbek kontrolnych następuje na pisemny wniosek właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; przez zniszczenie próbek kontrolnych Strona rozumieją utratę ich cech indywidualnych, tzn. usunięcie kodu identyfikacyjnego i utratę właściwości fizykochemicznych dla odpowiednich rodzajów paliw; z powstałym odpadem Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  - 11) Próbkę kontrolną podlega przechowywaniu przez okres dłuższy niż 2 miesiące, na pisemny wniosek wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  - 12) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać do wglądu dokument potwierdzający dokonanie komisijnego zniszczenia próbek, próbek kontrolnych oraz pozostałości po próbkach o których mowa w pkt. 5 i 10 niniejszego paragrafu.
2. Ustala się następujące zasady przekazywania wyników badań:
- 1) Wykonawca po zakończeniu badań laboratoryjnych opracowuje wyniki i ich analizę w formie protokołu badań wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 a, b, c (w zależności od rodzaju badanego paliwa) do umowy.
  - 2) Wykonawca po dokonaniu analizy wyników badań uwzględniającej postanowienia pkt. 9.3. normy PN-EN ISO 4259, jednoznacznie określa w protokole z badań czy przebadana próbka paliwa spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
  - 3) Wykonawca sporządza protokół z badań w 4 egzemplarzach, z których jeden przekazuje Zamawiającemu, dwa wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej lub dyrektorowi delegatury Inspekcji Handlowej; jeden egzemplarz protokołu pozostaje u Wykonawcy; jednocześnie Wykonawca przekazuje, z zastrzeżeniem pkt 5, Zamawiającemu i odpowiedniemu wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej lub dyrektorowi delegatury protokoły z badań drogą elektroniczną (lub faksem, o ile tak ustalono); adresy, numery faksów i adresy e-mail inspektoratów i delegatur Inspekcji Handlowej zawiera Załącznik Nr 5 do umowy.

- 4) Ustala się termin przekazania protokołu z badań wraz z analizą wyników na 3 dni robocze, liczone od dnia następnego po dniu przyjęcia próbek dokonanego w sposób ustalony w ust. 1 pkt 3; termin ten obowiązuje przy jednorazowym dostarczeniu do badania do .... próbek benzyn, do .... próbek oleju napędowego, lecz nie więcej niż .... próbek łącznie (zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku Nr 7 do SIWZ).
  - 5) W przypadku próbek paliw nie spełniających wymagań, Wykonawca przekazuje dwa egzemplarze protokołu z badań odpowiedniemu wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej lub dyrektorowi delegatury Inspekcji Handlowej przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy.
  - 6) Inne terminy przekazywania protokołu z badań wraz z analizą wyników mogą być przedmiotem uzgodnień dokonywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w przypadkach zbiorczego dostarczania ilości próbek większych niż podano w § 3 ust. 1 pkt 8.
3. Ustala się następujące zasady zlecania przez Wykonawcę Podwykonawcom badań próbek paliw ciekłych:
- 1) Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom do zbadania maksymalnie do 20 % parametrów dla benzyn i do 20 % parametrów dla oleju napędowego, określonych w formularzach cenowych, stanowiących Załączniki Nr 5a i 5b do SIWZ, metodami określonymi w rozporządzeniu w sprawie metod badania jakości tego paliwa, pod warunkiem, że Wykonawca nie posiada akredytacji na metody badań niezbędne do zbadania tych parametrów,
  - 2) wszystkie badania parametrów jakościowych paliw ciekłych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i Załącznikach Nr 5a i 5b do SIWZ (również te, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom) muszą być wykonywane za pomocą akredytowanych metod badania, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. Nr 55, poz. 332) przez laboratoria akredytowane w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
4. Wykonawca zobowiązuje się do kontrolowania sytuacji w dziedzinie normalizacji i przepisów prawa oraz dostosowywania zakresów akredytacji adekwatnie do zmian w tych przepisach i w zbiorze Polskich Norm, dotyczących metod badania jakości paliw ciekłych oraz wymagań jakościowych; w przypadku podzlecania badań Wykonawca będzie monitorował zakresy akredytacji Podwykonawców w kwestii ich aktualizacji.

#### § 4.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości przekazanych sobie wzajemnie w związku z realizacją usług będących przedmiotem tej umowy, dotyczących w szczególności spraw finansowych, rynkowych, inwestycyjnych, produkcyjnych oraz rozwojowych istotnych z punktu widzenia żywotnych interesów Stron umowy, o ile nie stoi to w sprzeczności z zapisami umowy i nie służy należytemu jej wykonaniu.

#### § 5.

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 umowy, obliczone w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy nie może przekroczyć ..... **zł brutto (słownie złotych: .....**).
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym usług będących przedmiotem zamówienia w wysokości obliczonej zgodnie z cenami zawartymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy, nastąpi na podstawie faktury częściowej, wystawianej każdorazowo do 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą obligatoryjnie dołączane do każdej faktury rozliczenia zbiorcze: wykonanych badań, przechowywania i utylizacji pojemników

oraz wykonanych usług transportowych, których wzory stanowią odpowiednio Załączniki Nr 6 (Załącznik Nr 1 do faktury), 7 (Załącznik Nr 2 do faktury) i 8 (Załącznik Nr 3 do faktury) do umowy.

4. Ceny jednostkowe brutto za wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych i pozostałe usługi, określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy pozostaną niezmiennie w trakcie całego trwania umowy i nie podlegają negocjacji również w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
5. Należność za wykonane usługi płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy po przekazaniu faktury częściowej i rozliczeń zbiorczych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

#### § 6.

Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo przekazywać z jednotygodniowym wyprzedzeniem pisemną informację dotyczącą wykonania przez Wykonawcę usług w zakresie potrzeb transportowych Zamawiającego wynikających z planowanej realizacji kontroli paliw ciekłych w następnym tygodniu.

#### § 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w badaniach międzylaboratoryjnych próbek paliw ciekłych zlecanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem porównania wyników badań prowadzonych przez poszczególne akredytowane laboratoria.
2. W przypadku stwierdzenia powtarzających się rozbieżności w wynikach badań międzylaboratoryjnych, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadku dwukrotnego dostarczenia sprawozdania (protokołu) z badań nieopatrzonego symbolem akredytacji PCA zgodnie z wymogami wynikającymi z dokumentu PCA nr DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA” wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku utraty akredytacji przez Laboratorium Wykonawcy lub statusu niezależności, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawy o systemie oceny zgodności oraz zapisów SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. Zaistnienie takich okoliczności stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.

#### § 8.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących wyłącznie po jego stronie.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług określonych w § 2 ust. 1 i w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt 4 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie usług, co do którego nastąpiła zwłoka, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia.
4. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 umowy oraz stwierdzenia innych naruszeń umowy wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 oraz w usunięciu innych naruszeń umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy za

wykonanie usług, co do którego nastąpiła zwłoka, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż próbki lub próbki kontrolne są przechowywane lub transportowane przez Wykonawcę w warunkach niezabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech charakterystycznych, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie uchybień. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie uchybień Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w ust. 1.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy za zniszczenie próbki kontrolnej przed upływem terminu 2 miesięcy od daty dostarczenia próbki do badań, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lub przed terminem określonym w złożonym pisemnym wniosku właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11.
8. Zastrzeżone kary umowne nie ograniczają możliwości dochodzenia przez każdą ze Stron odszkodowania uzupełniającego.

### § 9.

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia **31 grudnia 2015 r.** lub do wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami usług przechowywania oraz utylizacji próbek paliw i pozostałości po próbkach wraz pojemnikami, które w związku z zapisami § 3 ust. 1 pkt 5, 6 i 11 realizowane są po terminie określonym w ust. 1.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.
4. Wszystkie zmiany umowy wymagają zgody obydwu Stron, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

### § 10.

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

- 1) Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.);
- 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 148);
- 3) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728);
- 4) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.);
- 5) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 888 ze zm.);
- 6) oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) , sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 ze zm.);
- 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

### § 11.

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 – oferta Wykonawcy;
- 2) Załącznik Nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- 3) Załącznik Nr 3 – wzór protokołu przyjęcia próbki paliwa do badań;

- 4) Załącznik Nr 4a, 4b, 4c –wzór protokołu z badań próbki;
  - a) benzyn silnikowych,
  - b) oleju napędowego,
  - c) oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych,
- 5) Załącznik Nr 5 – adresy, numery faksów i adresy e-mail Wojewódzkich Inspektoratów IH oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 6) Załącznik Nr 6 – wzór rozliczenia zbiorczego za badania próbek paliw ciekłych;
- 7) Załącznik Nr 7 – wzór rozliczenia zbiorczego za przechowywanie, utylizację próbek paliw wraz z pojemnikami;
- 8) Załącznik Nr 8 – wzór rozliczenia zbiorczego za usługi transportowe.

## **§ 12.**

1. Za realizację i koordynację wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie uzgodnienia w trakcie trwania umowy ze strony Zamawiającego odpowiada:  
..... – tel. ...., fax. ....,  
email: .....
2. Za realizację i koordynację wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie uzgodnienia w trakcie trwania umowy ze strony Wykonawcy odpowiadają:  
.....

## **§ 13.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

## **§ 14.**

Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

*(zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ)*

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBKII / PRÓBKII KONTROLNEJ\* PALIWA / BIOPALIWA / LPG / CNG/LOO\* DO BADAŃ Nr...../.....

| Lp. | Dane dotyczące próbki paliwa próbki kontrolnej przyjętej do badań |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1   | Rodzaj paliwa                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Numer próbki                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Rodzaj próbki (próbka / próbka kontrolna)                         |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Data przekazania próbki paliwa do laboratorium                    |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Nazwa WIIH dostarczającego próbkę paliwa                          |  |  |  |  |  |  |
| 6   | Ocena szczelności przekazanego pojemnika z próbką paliwa          |  |  |  |  |  |  |
| 7   | Opis sposobu zabezpieczenia próbki paliwa                         |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Ocena zabezpieczeń (założonych plomb) próbki paliwa               |  |  |  |  |  |  |
| 9   | Ocena prawidłowości dostarczenia próbki do badań                  |  |  |  |  |  |  |
| 10  | Określenie zakresu badań                                          |  |  |  |  |  |  |
| 11  | Uwagi                                                             |  |  |  |  |  |  |

\* niepotrzebne skreślić

Pokwitowanie odbioru egzemplarza protokołu przyjęcia próbek paliw do badań:

.....

(data, podpis czytelny)

Osoba upoważniona do przyjmowania próbek paliw:

.....

(data, podpis czytelny)

**Protokół z badań Nr**

Egzemplarz Nr:

Zleceniodawca:

Wojewódzki Inspektorat IH pobierający próbkę do badań:

Symbol / numer Umowy/ zlecenie:

Rodzaj paliwa:

Kod próbki:

Zakres badań w ramach systemu: ☐ europejski ☐ pozostałe kontrole

Rodzaj próbki: ☐ próbka podstawowa ☐ próbka kontrolna

Data przyjęcia próbki do badania:

Data zakończenia badania:

Protokół zawiera stron (y):

| Lp. | Parametr oznaczany                                  | Metoda badania | Jednostka         | Wymagania jakościowe <sup>1)</sup> | Wynik badania | Tolerancja | Ocena spełnienia wymagań +/- |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                   | 3              | 4                 | 5                                  | 6             | 7          | 8                            |
| 1   | Badawcza liczba oktanowa RON                        |                |                   |                                    |               |            |                              |
|     | -benzyna bezołowiowa 95                             |                | -                 | min. 95,0                          |               |            |                              |
|     | -benzyna bezołowiowa 98                             |                | -                 | min. 98,0                          |               |            |                              |
| 2   | Motorowa liczba oktanowa MON                        |                |                   |                                    |               |            |                              |
|     | -benzyna bezołowiowa 95                             |                | -                 | min. 85,0                          |               |            |                              |
|     | -benzyna bezołowiowa 98                             |                | -                 | min. 88,0                          |               |            |                              |
| 3   | Zawartość ołowiu                                    |                | mg/l              | max. 5                             |               |            |                              |
| 4   | Gęstość w temp. 15°C                                |                | kg/m <sup>3</sup> | 720-775                            |               |            |                              |
| 5   | Zawartość siarki                                    |                | mg/kg             | max. 10                            |               |            |                              |
| 6   | Okres indukcyjny                                    |                | minuty            | min. 360                           |               |            |                              |
| 7   | Zawartość żywicy                                    |                | mg/100 ml         | max. 5                             |               |            |                              |
| 8   | Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi |                | klasa             | klasa 1                            |               |            |                              |
| 9   | Wygląd                                              |                | -                 | jasna i przezroczysta              |               |            |                              |
| 10  | Zawartość węglowodorów typu                         |                |                   |                                    |               |            |                              |
|     | - olefinowego                                       |                | %(V/V)            | max. 18,0                          |               |            |                              |
|     | - aromatycznego                                     |                | %(V/V)            | max. 35,0                          |               |            |                              |
| 11  | Zawartość benzenu                                   |                | %(V/V)            | max. 1,0                           |               |            |                              |
| 12  | Zawartość tlenu                                     |                | %(m/m)            | max. 2,7                           |               |            |                              |

**Protokół z badań Nr**

Egzemplarz Nr:

| 1  | 2                                                   | 3 | 4              | 5                       | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------------------------------------|---|----------------|-------------------------|---|---|---|
| 13 | Zawartość związków organicznych zawierających tlen: |   |                |                         |   |   |   |
|    | - metanol                                           |   | %(V/V)         | max. 3                  |   |   |   |
|    | - etanol                                            |   | %(V/V)         | max. 5                  |   |   |   |
|    | - alkohol izopropylowy                              |   | %(V/V)         | max. 10                 |   |   |   |
|    | - alkohol tert-butyłowy                             |   | %(V/V)         | max. 7                  |   |   |   |
|    | - alkohol izobutyłowy                               |   | %(V/V)         | max. 10                 |   |   |   |
|    | - etery (z 5 lub więcej atomami węgla w cząsteczce) |   | %(V/V)         | max. 15                 |   |   |   |
|    | -inne związki zawierające tlen                      |   | %(V/V)         | max. 10                 |   |   |   |
| 14 | Prężność par                                        |   | kPa            | <sup>2)</sup>           |   |   |   |
| 15 | Destylacja                                          |   |                |                         |   |   |   |
|    | -do temperatury 70 <sup>0</sup> C odparowuje        |   | %(V/V)         | <sup>3)</sup>           |   |   |   |
|    | -do temperatury 100 <sup>0</sup> C odparowuje       |   | %(V/V)         | 46,0-71,0               |   |   |   |
|    | -do temperatury 150 <sup>0</sup> C odparowuje       |   | %(V/V)         | min. 75,0               |   |   |   |
|    | Temperatura końca destylacji                        |   | <sup>0</sup> C | max. 210                |   |   |   |
|    | Pozostałość po destylacji                           |   | %(V/V)         | max. 2                  |   |   |   |
| 16 | Indeks lotności                                     |   | -              | max. 1150 <sup>4)</sup> |   |   |   |

<sup>1)</sup> Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014, Poz. 1728) wyniki badań pobranych próbek stosuje się do jakości całej partii paliwa znajdującego się w zbiorniku, z którego pobrano próbki.

<sup>2)</sup> i <sup>3)</sup> i <sup>4)</sup>

| Okres                                                                                                              | <sup>2)</sup> Prężność par | <sup>3)</sup> Destylacja do 70 <sup>0</sup> C | <sup>4)</sup> Indeks lotności |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>letni</b> trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września                                                           | 45,0-60,0                  | 20,0-48,0                                     | -                             |
| <b>prześciowy</b> trwający od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października | 45,0-90,0                  | 20,0-50,0                                     | 1150                          |
| <b>zimowy</b> trwającego do dnia 1 listopada do końca lutego                                                       | 60,0-90,0                  | 22,0-50,0                                     | -                             |

**Protokół z badań Nr**

Egzemplarz Nr:

| Używane formuły                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocena wyników badania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>a) benzyna silnikowa spełniająca wymagania</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Po uwzględnieniu postanowień pkt. 9.3 normy PN-EN ISO 4259 w zakresie badanych parametrów próbka paliwa spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013. poz. 1058).                 |                       |
| <b>b) benzyna silnikowa nie spełniająca wymagań</b>                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Po uwzględnieniu postanowień pkt. 9.3 normy PN-EN ISO 4259 w zakresie badanych parametrów próbka paliwa nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013. poz. 1058) ze względu na: |                       |

**Protokół zawiera .....Załączników** (jeśli istotne: załączyć opis procedury pobierania próbek, wszelkie odchylenia uzupełnienia lub ograniczenia specyfikacji badania, wszelkie inne informacje dot. próbek i określonych badań, wszelkie stwierdzone niezgodności)

**Uwagi:**

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejszy Protokół nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Dane dotyczące niepewności pomiarów zawierają w/w procedury badawcze.

Uwagi:

Przygotował:

Zatwierdził:

## Zestawienie kosztów wykonanych badań

| Oznaczenie / Koszt PLN brutto                              | Próbki benzyny |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| <b>NR PRÓBKI</b>                                           |                |  |  |
| <b>Zakres badań<br/>(pozostałe kontrole/ europejski)</b>   |                |  |  |
| Badawcza liczba oktanowa RON                               |                |  |  |
| Motorowa liczba oktanowa MON                               |                |  |  |
| Zawartość ołowiu                                           |                |  |  |
| Gęstość w temp. 15 <sup>0</sup> C                          |                |  |  |
| Zawartość siarki                                           |                |  |  |
| Okres indukcyjny                                           |                |  |  |
| Zawartość żywic                                            |                |  |  |
| Badanie działania korodującego na<br>płytkach z miedzi     |                |  |  |
| Wygląd                                                     |                |  |  |
| Zawartość węglowodorów typu<br>olefinowego i aromatycznego |                |  |  |
| Zawartość benzenu                                          |                |  |  |
| Zawartość tlenu                                            |                |  |  |
| Zawartość związków organicznych<br>zawierających tlen:     |                |  |  |
| Prężność par                                               |                |  |  |
| Destylacja                                                 |                |  |  |
| Indeks lotności                                            |                |  |  |
| <b>Łączny koszt badania PLN z<br/>VAT</b>                  |                |  |  |

Zatwierdził:

Data:

## NAGŁÓWEK Z SYMBOLEM PCA I ADRESEM LABORATORIUM

.....  
 miejscowość, data

**Protokół z badań Nr**

Egzemplarz Nr:

Zleceniodawca:

Wojewódzki Inspektorat IH pobierający próbkę do badań:

Symbol / numer Umowy/ zlecenie:

Rodzaj paliwa:

Kod próbki:

Zakres badań w ramach systemu:

☐ europejski☐ pozostałe kontrole

Rodzaj próbki:

☐ próbka podstawowa☐ próbka kontrolna

Data przyjęcia próbki do badania:

Data zakończenia badania:

Protokół zawiera stron (y):

| Lp. | Parametr oznaczany                                                                     | Metoda badania | Jednostka          | Wymagania jakościowe <sup>1)</sup> | Wynik badania | Tolerancja | Ocena spełnienia wymagań +/- |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                      | 3              | 4                  | 5                                  | 6             | 7          | 8                            |
| 1   | Liczba cetanowa                                                                        |                | -                  | min. 51,0                          |               |            |                              |
| 2   | Indeks cetanowy                                                                        |                | -                  | min. 46,0                          |               |            |                              |
| 3   | Gęstość w 15 <sup>0</sup> C                                                            |                | kg/m <sup>3</sup>  | 820-845                            |               |            |                              |
| 4   | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych                              |                | %(m/m)             | max. 8                             |               |            |                              |
| 5   | Zawartość siarki                                                                       |                | mg/kg              | max. 10                            |               |            |                              |
| 6   | Temperatura zapłonu                                                                    |                | °C                 | powyżej 55                         |               |            |                              |
| 7   | Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej)                           |                | %(m/m)             | max. 0,30                          |               |            |                              |
| 8   | Pozostałość po spopieleniu                                                             |                | %(m/m)             | max. 0,01                          |               |            |                              |
| 9   | Zawartość wody                                                                         |                | mg/kg              | max. 200                           |               |            |                              |
| 10  | Zawartość zanieczyszczeń                                                               |                | mg/kg              | max. 24                            |               |            |                              |
| 11  | Badanie działania korodującego na miedź                                                |                | klasa              | klasa 1                            |               |            |                              |
| 12  | Odporność na utlenianie                                                                |                | g/m <sup>3</sup>   | max. 25                            |               |            |                              |
|     |                                                                                        |                | h                  | min. 20                            |               |            |                              |
| 13  | Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60 <sup>0</sup> C |                | µm                 | max. 460                           |               |            |                              |
| 14  | Lepkość w temperaturze 40 <sup>0</sup> C                                               |                | mm <sup>2</sup> /s | 2,00-4,50                          |               |            |                              |
| 15  | Skład frakcyjny:                                                                       |                |                    |                                    |               |            |                              |
|     | -do 250 <sup>0</sup> C destyluje                                                       |                | %(V/V)             | poniżej 65                         |               |            |                              |
|     | -do 350 <sup>0</sup> C destyluje                                                       |                | %(V/V)             | min. 85                            |               |            |                              |
|     | -95% (V/V) destyluje do temperatury                                                    |                | °C                 | max. 360                           |               |            |                              |

**Protokół z badań Nr**

Egzemplarz Nr:

| 1  | 2                                             | 3 | 4      | 5             | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------------------------------|---|--------|---------------|---|---|---|
| 16 | Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)     |   | %(V/V) | max. 7        |   |   |   |
| 17 | Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP |   | °C     | <sup>2)</sup> |   |   |   |

<sup>1)</sup> Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014, poz. 1728) wyniki badań pobranych próbek stosuje się do jakości całej partii paliwa znajdującego się w zbiorniku, z którego pobrano próbki.

|                                                                                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Okres                                                                                                            | <sup>2)</sup> Temp. zablokowania zimnego filtru, CFPP |
| <b>letni</b> trwający od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września                                                    | 0                                                     |
| <b>przejściowy</b> trwający od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada | -10                                                   |
| <b>zimowy</b> trwającego do dnia 16 listopada do końca lutego                                                    | -20                                                   |

| Używane formuły                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocena wyników badania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>a) olej napędowy spełniający wymagania</b>                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Po uwzględnieniu postanowień pkt. 9.3 normy PN-EN ISO 4259 w zakresie badanych parametrów próbka paliwa spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013. poz. 1058).                 |                       |
| <b>b) olej napędowy nie spełniający wymagań</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Po uwzględnieniu postanowień pkt. 9.3 normy PN-EN ISO 4259 w zakresie badanych parametrów próbka paliwa nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013. poz. 1058) ze względu na: |                       |

**Protokół zawiera .....Załączników** (jeśli istotne: załączyć opis procedury pobierania próbek, wszelkie odchylenia uzupełnienia lub ograniczenia specyfikacji badania, wszelkie inne informacje dot. próbek i określonych badań, wszelkie stwierdzone niezgodności)

**Uwagi:**

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejszy Protokół nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Dane dotyczące niepewności pomiarów zawierają w/w procedury badawcze.

Uwagi:

Przygotował:

Zatwierdził:

### Zestawienie kosztów wykonanych badań

| Oznaczenie / Koszt PLN brutto                                | Próbki oleju napędowego |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>NR PRÓBK</b>                                              |                         |  |  |
| <b>Zakres badań<br/>(pozostałe kontrole/<br/>europejski)</b> |                         |  |  |
| Liczba cetanowa                                              |                         |  |  |
| Indeks cetanowy                                              |                         |  |  |
| Gęstość w 15 <sup>0</sup> C                                  |                         |  |  |
| Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych    |                         |  |  |
| Zawartość siarki                                             |                         |  |  |
| Temperatura zapłonu                                          |                         |  |  |
| Pozostałość po koksowaniu                                    |                         |  |  |
| Pozostałość po spoieleniu                                    |                         |  |  |
| Zawartość wody                                               |                         |  |  |
| Zawartość zanieczyszczeń                                     |                         |  |  |
| Badanie działania korodującego na miedź                      |                         |  |  |
| Odporność na utlenianie                                      |                         |  |  |
| Smarność                                                     |                         |  |  |
| Lepkość                                                      |                         |  |  |
| Skład frakcyjny:                                             |                         |  |  |
| Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)                    |                         |  |  |
| Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP                |                         |  |  |
| Zawartość azotanów *                                         |                         |  |  |
| <b>Łączny koszt badania PLN z VAT</b>                        |                         |  |  |

\* Parametr badany, jeśli wynik oznaczenia pozostałości po koksowaniu nie spełnia wymagań jakościowych.

Zatwierdził:

Data:

NAGŁÓWEK Z SYMBOLEM PCA I ADRESEM LABORATORIUM .....,  
 miejscowość, data

**Protokół z badań Nr**

Egzemplarz Nr:

Zleceniodawca:

Wojewódzki Inspektorat IH pobierający próbkę do badań:

Symbol / numer Umowy/ zlecenie:

Rodzaj paliwa:

Kod próbki:

Zakres badań w ramach systemu:

☐ europejski☐ pozostałe kontrole

Rodzaj próbki:

☐ próbka podstawowa☐ próbka kontrolna

Data przyjęcia próbki do badania:

Data zakończenia badania:

Protokół zawiera stron (y):

| Lp. | Parametr oznaczany                                                                     | Metoda badania | Jednostka          | Wymagania jakościowe <sup>1)</sup> | Wynik badania | Tolerancja | Ocena spełnienia wymagań +/- |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                      | 3              | 4                  | 5                                  | 6             | 7          | 8                            |
| 1   | Liczba cetanowa                                                                        |                | -                  | min. 51,0                          |               |            |                              |
| 2   | Indeks cetanowy                                                                        |                | -                  | min. 46,0                          |               |            |                              |
| 3   | Gęstość w 15 <sup>0</sup> C                                                            |                | kg/m <sup>3</sup>  | 800-840                            |               |            |                              |
| 4   | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych                              |                | %(m/m)             | max. 8                             |               |            |                              |
| 5   | Zawartość siarki                                                                       |                | mg/kg              | max. 10                            |               |            |                              |
| 6   | Temperatura zapłonu                                                                    |                | <sup>0</sup> C     | powyżej 55                         |               |            |                              |
| 7   | Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej)                           |                | %(m/m)             | max. 0,30                          |               |            |                              |
| 8   | Pozostałość po spoieleniu                                                              |                | %(m/m)             | max. 0,01                          |               |            |                              |
| 9   | Zawartość wody                                                                         |                | mg/kg              | max. 200                           |               |            |                              |
| 10  | Zawartość zanieczyszczeń                                                               |                | mg/kg              | max. 24                            |               |            |                              |
| 11  | Badanie działania korodującego na miedź                                                |                | klasa              | klasa 1                            |               |            |                              |
| 12  | Odporność na utlenianie                                                                |                | g/m <sup>3</sup>   | max. 25                            |               |            |                              |
|     |                                                                                        |                | h                  | min. 20                            |               |            |                              |
| 13  | Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60 <sup>0</sup> C |                | µm                 | max. 460                           |               |            |                              |
| 14  | Lepkość w temperaturze 40 <sup>0</sup> C                                               |                | mm <sup>2</sup> /s | 1,50-4,00                          |               |            |                              |
| 15  | Skład frakcyjny:                                                                       |                |                    |                                    |               |            |                              |
|     | -do 180 <sup>0</sup> C destyluje                                                       |                | %(V/V)             | max. 10                            |               |            |                              |
|     | -do 340 <sup>0</sup> C destyluje                                                       |                | %(V/V)             | min. 95                            |               |            |                              |

**Protokół z badań Nr**

Egzemplarz Nr:

| 1  | 2                                             | 3 | 4      | 5        | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------------------------------|---|--------|----------|---|---|---|
| 16 | Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)     |   | %(V/V) | max. 7   |   |   |   |
| 17 | Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP |   | °C     | max. -32 |   |   |   |
| 18 | Temperatura mętnienia                         |   | °C     | max. -22 |   |   |   |

<sup>1)</sup> Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014, poz. 1728) wyniki badań pobranych próbek stosuje się do jakości całej partii paliwa znajdującego się w zbiorniku, z którego pobrano próbki.

| Używane formuły                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocena wyników badania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>a) olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych spełniający wymagania</b>                                                                                                                                                                             |                       |
| Po uwzględnieniu postanowień pkt. 9.3 normy PN-EN ISO 4259 w zakresie badanych parametrów próbka paliwa spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013. poz. 1058).                 |                       |
| <b>b) olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych nie spełniający wymagań</b>                                                                                                                                                                           |                       |
| Po uwzględnieniu postanowień pkt. 9.3 normy PN-EN ISO 4259 w zakresie badanych parametrów próbka paliwa nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013. poz. 1058) ze względu na: |                       |

**Protokół zawiera .....Załączników** (jeśli istotne: załączyć opis procedury pobierania próbek, wszelkie odchylenia uzupełnienia lub ograniczenia specyfikacji badania, wszelkie inne informacje dot. próbek i określonych badań, wszelkie stwierdzone niezgodności)

**Uwagi:**

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejszy Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Dane dotyczące niepewności pomiarów zawierają w/w procedury badawcze.

Uwagi:

Przygotował:

Zatwierdził:

# Zestawienie kosztów wykonanych badań

| Oznaczenie / Koszt PLN brutto                             | Próbki oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>NR PRÓBK</b>                                           |                                                                            |  |  |
| <b>Zakres badań (pozostałe kontrole/ europejski)</b>      |                                                                            |  |  |
| Liczba cetanowa                                           |                                                                            |  |  |
| Indeks cetanowy                                           |                                                                            |  |  |
| Gęstość w 15 <sup>0</sup> C                               |                                                                            |  |  |
| Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych |                                                                            |  |  |
| Zawartość siarki                                          |                                                                            |  |  |
| Temperatura zapłonu                                       |                                                                            |  |  |
| Pozostałość po koksowaniu                                 |                                                                            |  |  |
| Pozostałość po spoieleniu                                 |                                                                            |  |  |
| Zawartość wody                                            |                                                                            |  |  |
| Zawartość zanieczyszczeń                                  |                                                                            |  |  |
| Badanie działania korodującego na miedź                   |                                                                            |  |  |
| Odporność na utlenianie                                   |                                                                            |  |  |
| Smarność                                                  |                                                                            |  |  |
| Lepkość                                                   |                                                                            |  |  |
| Skład frakcyjny:                                          |                                                                            |  |  |
| Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)                 |                                                                            |  |  |
| Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP             |                                                                            |  |  |
| Zawartość azotanów *                                      |                                                                            |  |  |
| Temperatura mętnienia                                     |                                                                            |  |  |
| <b>Łączny koszt badania PLN z VAT</b>                     |                                                                            |  |  |

\* Parametr badany, jeśli wynik oznaczenia pozostałości po koksowaniu nie spełnia wymagań jakościowych.

Zatwierdził:

Data:

| Lp | Wojewódzki Inspektorat<br>/Delegatura                                              | Kier. | Telefon   | Fax.      | E-mail                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------------------------------|
| 1  | <b>DOLNOŚLĄSKI</b><br>50-059 <b>WROCŁAW</b><br>ul. Ofiar Oświęcimskich 15a         | 0-71  | 344-20-38 | 344-26-02 | sekretariat@wiih.wroclaw.pl              |
| 2  | <b>Delegatura w Jeleniej Górze</b><br>58-500 <b>Jelenia Góra</b><br>ul. Groszowa 1 | 0-75  | 752-52-40 | 752-52-40 | ihjg@wiih.wroclaw.pl                     |
| 3  | <b>Delegatura w Legnicy</b><br>59-220 <b>Legnica</b><br>ul. F. Skarbka 3           | 0-76  | 852-27-77 | 852-27-77 | ihlg@wiih.wroclaw.pl                     |
| 4  | <b>Delegatura w Wałbrzychu</b><br>58-300 <b>Wałbrzych</b><br>ul. B. Chrobrego 12   | 0-74  | 842-50-17 | 842-50-17 | ihwch@wroclaw.pl                         |
| 5  | <b>KUJAWSKO-POMORSKI</b><br>85-020 <b>BYDGOSZCZ</b><br>ul. Jagiellońska 10         | 0-52  | 322-18-16 | 322-58-13 | bydgoszcz@wiih.com.pl                    |
| 6  | <b>LUBELSKI</b><br>20-601 <b>LUBLIN</b><br>ul. Tomasza Zana 38 C                   | 0-81  | 528-07-47 | 528-09-78 | ihlublin@lublin.uw.gov.pl                |
| 7  | <b>LUBUSKI</b><br>66-400 <b>GORZÓW WLKP.</b><br>ul. Jagiellończyka 8               | 0-95  | 722-57-31 | 720-07-70 | info@wiih.gorzow.pl                      |
| 8  | <b>ŁÓDZKI</b><br>90-950 <b>ŁÓDŹ</b><br>ul. Gdańska 38                              | 0-42  | 636-03-57 | 636-85-50 | sekretariat@wiih.lodz.pl                 |
| 9  | <b>MAŁOPOLSKI</b><br>31-007 <b>KRAKÓW</b><br>ul. Wiślna 3                          | 0-12  | 422-93-38 | 422-81-63 | sekretariat@krakow.wiih.gov.pl           |
| 10 | <b>Delegatura w Tarnowie</b><br>33-100 <b>Tarnów</b><br>ul. Narutowicza 33         | 0-14  | 621-42-16 | 621-56-32 | tarnow@krakow.wiih.gov.pl                |
| 11 | <b>Delegatura w Nowym Sączu</b><br>33-300 <b>Nowy Sącz</b><br>ul. Jagiellońska 52  | 0-18  | 444-24-08 | 443-85-59 | sacz@krakow.wiih.gov.pl                  |
| 12 | <b>MAZOWIECKI</b><br>00-015 <b>WARSZAWA</b><br>ul. Sienkiewicza 3                  | 0-22  | 826-18-30 | 826-21-95 | ih_warszawa@wiih.org.pl                  |
| 13 | <b>Delegatura w Radomiu</b><br>26-600 <b>Radom</b><br>ul. Żeromskiego 53           | 0-48  | 362-71-21 | 362-71-21 | ih_radom@wiih.org.pl                     |
| 14 | <b>OPOLSKI</b><br>45-068 <b>OPOLE</b><br>ul. 1-go Maja 1                           | 0-77  | 454-50-89 | 454-50-89 | sekretariat@opole.wiih.gov.pl            |
| 15 | <b>PODKARPACKI</b><br>35-959 <b>RZESZÓW</b><br>ul. 8-go Marca 5                    | 0-17  | 862-14-53 | 853-54-82 | sekretariat@wiih.rzeszow.pl              |
| 16 | <b>PODLASKI</b><br>15-404 <b>BIALYSTOK</b><br>ul. Żelazna 9                        | 0-85  | 743-55-13 | 743-52-68 | inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl |
| 17 | <b>POMORSKIE</b><br>80-240 <b>GDAŃSK</b><br>ul. M. Konopnickiej 4                  | 0-58  | 341-08-77 | 341-53-37 | sekretariat@ihgd.pl                      |
| 18 | <b>ŚLĄSKI</b>                                                                      | 0-32  | 256-16-34 | 255-56-80 | ih_katowice@pro.onet.pl                  |

|    |                                                                                             |      |           |           |                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 40-951 <b>KATOWICE</b><br>ul. Brata Alberta 4                                               |      |           |           |                                                                                                  |
| 19 | <b>Delegatura w Bielsku-Białej</b><br>43-300 <b>Bielsko-Biała</b><br>ul. Piastowska 40      | 0-33 | 812-30-94 | 812-30-94 | ih_katowice_del_bb@pro.onet.pl                                                                   |
| 20 | <b>Delegatura w Częstochowie</b><br>42-200 <b>Częstochowa</b><br>ul. Jana III Sobieskiego 7 | 0-34 | 324-70-49 | 324-70-59 | Ih_katowice_del_cz@pro.onet.pl                                                                   |
| 21 | <b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b><br>25-950 <b>KIELCE</b><br>ul. Sienkiewicza 76 skr.347                | 0-41 | 366-19-41 | 366-22-34 | wiih.kielce@pro.onet.pl                                                                          |
| 22 | <b>WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b><br>10-540 <b>OLSZTYN</b><br>ul. Dąbrowszczaków 10                | 0-89 | 527-27-65 | 527-42-51 | olsztyn@ih.olsztyn.pl                                                                            |
| 23 | <b>Delegatura w Elblągu</b><br>82-300 <b>Elbląg</b><br>ul. Hetmańska 31                     | 0-55 | 641-78-81 | 641-78-80 | elblag@ih.olsztyn.pl                                                                             |
| 24 | <b>Delegatura w Elku</b><br>19-300 <b>Elk</b><br>ul. Chopina 15                             | 0-87 | 621-16-53 | 621-16-53 | elk@ih.olsztyn.pl                                                                                |
| 25 | <b>WIELKOPOLSKIE</b><br>60-967 <b>POZNAŃ</b><br>Al.. Marcinkowskiego 3                      | 0-61 | 852-29-34 | 851-75-76 | sekretariat@poznan.wiih.gov.pl                                                                   |
| 26 | <b>Delegatura w Kaliszu</b><br>62-800 <b>Kalisz</b><br>ul. Kolegialna 4                     | 0-62 | 764-58-38 | 757-44-07 | d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl                                                                      |
| 27 | <b>Delegatura w Koninie</b><br>62-510 <b>Konin</b><br>ul. Aleje 1-go Maja 7                 | 0-63 | 249-12-41 | 249-12-41 | d.konin@poznan.wiih.gov.pl                                                                       |
| 28 | <b>Delegatur w Lesznie</b><br>64-100 <b>Leszno</b><br>ul. Metziga 1                         | 0-65 | 520-53-69 | 520-53-69 | d.leszno@poznan.wiih.gov.pl                                                                      |
| 29 | <b>Delegatura w Pile</b><br>64-920 <b>Pila</b><br>ul. Dzieci Polskich 26                    | 0-67 | 212-37-10 | 212-37-10 | d.pila@poznan.wiih.gov.pl                                                                        |
| 30 | <b>ZACHODNIOPOMORSKIE</b><br>70-502 <b>SZCZECIN</b><br>ul. Wały Chrobrego 4                 | 0-91 | 422-52-39 | 422-54-41 | sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl                                                             |
| 31 | <b>Delegatura w Koszalinie</b><br>75-950 <b>Koszalin</b><br><b>ul. Andersa 34</b>           | 0-94 | 342-82-05 | 342-62-91 | <a href="mailto:del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl">del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl</a> |
| 32 | <b>UOKiK</b><br>00-950 Warszawa<br>Pl. Powstańców Warszawy 1                                | 0-22 | 556-01-29 | 827-08-43 | <a href="mailto:kartykontroli@uokik.gov.pl">kartykontroli@uokik.gov.pl</a>                       |

.....  
*Nagłówek z adresem Laboratorium*

.....  
*Miejscowość, data*

### **Załącznik Nr 1 do faktury Nr .....**

Rozliczenie zbiorcze, zgodnie z umową Nr ..... z dnia, ..... za badania wykonane dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie próbek paliw ciekłych za miesiąc ..... 2015 r.

| L.p. | Rodzaj paliwa | System w którym badana jest próbka (europejski/pozostałe kontrole) | Numer próbki nadany przez IH | Data dostarczenia próbki do Laboratorium | Wojewódzki inspektorat IH pobierający próbki | Koszt badania brutto w PLN |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|      |               |                                                                    |                              |                                          |                                              |                            |
|      |               |                                                                    |                              |                                          |                                              |                            |
|      |               |                                                                    |                              |                                          |                                              |                            |
|      |               |                                                                    |                              |                                          |                                              |                            |
|      |               |                                                                    |                              |                                          |                                              |                            |
|      |               |                                                                    |                              |                                          |                                              |                            |
|      |               |                                                                    |                              |                                          |                                              |                            |

Przygotował:

Zatwierdził:

**Załącznik Nr 7 do umowy**

.....  
*Nagłówek z adresem Laboratorium*

.....  
*Miejscowość, data*

**Załącznik Nr 2 do faktury Nr .....**

Rozliczenie zbiorcze, zgodnie z umową Nr ..... z dnia, ..... za przechowywanie, utylizację oraz opróżnianie i oczyszczanie pojemników po próbkach i próbkach kontrolnych wykonanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie za miesiąc ..... 2015 r.

| L.p. | Rodzaj paliwa | Numer próbki nadany przez IH | Data dostarczenia próbki do Laboratorium | Wojewódzki inspektorat IH pobierający próbki | Koszt brutto w PLN |
|------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |
|      |               |                              |                                          |                                              |                    |

Przygotował:

Zatwierdził:

**Załącznik Nr 8 do umowy**

.....  
*Nagłówek z adresem Laboratorium*

.....  
*Miejscowość, data*

**Załącznik Nr 3 do faktury Nr .....**

Rozliczenie zbiorcze, zgodnie z umową Nr ..... z dnia, ..... za usługi transportowe wykonane dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie w miesiącu ..... 2015 r.

| L.p. | Data kontroli | Liczba przejechanych kilometrów | Wojewódzki inspektorat IH korzystający z usług | Koszt transportu brutto w PLN |
|------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |               |                                 |                                                |                               |
|      |               |                                 |                                                |                               |
|      |               |                                 |                                                |                               |
|      |               |                                 |                                                |                               |
|      |               |                                 |                                                |                               |
|      |               |                                 |                                                |                               |
|      |               |                                 |                                                |                               |

Przygotował:

Zatwierdził: