



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 3 lipca 2015 r.

DBA-2/240-27/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego do chromatografii gazowej i cieczowej dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Część V Chromatograf cieczowy – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem przepływu 0,0001 do 5,0000 ml/min pozwalającą na pracę z ciśnieniem do 660 bar do 3 ml/min, z dokładnością przepływu $\pm 1\%$, precyzją przepływu 0,06% RSD i precyzją tworzenia gradientu $\pm 0,5\%$?

Dzięki większemu ciśnieniu pracy niż wymagane pompa ta pozwoli na lepsze wykorzystanie kolumn do UHPLC.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych przez Wykonawcę parametrach.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Załącznika Nr 1 w zakresie Części V dotyczące parametrów pompy, które nabierają brzmienia:

- zakres przepływu: **nie węższy niż 1 – 5.000ml/min**,
- dokładność przepływu nie gorsza niż **$\pm 1\%$** ,
- precyzja przepływu **$\leq 0,06\%$ RSD**.

Pytanie 2

Część V Chromatograf cieczowy – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści autosampler pozwalający na pracę z ciśnieniem do 660 bar z objętością nstrzyku 0,1-100 μl ; precyzja nstrzyku: $< 0,3\%$ RSD, carry over: $< 0,005\%$?

Dzięki większemu ciśnieniu pracy niż wymagane autosampler ten pozwoli na lepsze wykorzystanie kolumn do UHPLC.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych przez Wykonawcę parametrach.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Załącznika Nr 1 w zakresie Części V dotyczące parametrów autosamplera, które nabierają brzmienia:

- objętość natrysku: **0,1-100 μl** ,
- precyzja natrysku **$< 0,3\%$ RSD**,
- carry over: **$< 0,005\%$** .

Pytanie 3

Część V Chromatograf cieczowy – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści termostat umożliwiający chłodzenie i grzanie w zakresie +4 do +85°C?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych przez Wykonawcę parametrach.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Załącznika Nr 1 w zakresie Części V dotyczące parametrów termostatu, które nabierają brzmienia:

- chłodzenie i grzanie w zakresie **nie węższym niż +5 do +85 °C**,

Pytanie 4

Część V Chromatograf cieczowy – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści detektor UV-VIS z matrycą diodową z 512 diodami zapewniający mniejszy szum niż wymagany $\pm 3 \times 10^{-6}$ AU, a co za tym idzie znacznie większą czułość?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 5

Część V Chromatograf cieczowy – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści detektor fluorescencyjny z lampą ksenonową świecącą ciągłym światłem, wyposażony w niezbędne filtry do prawidłowej pracy, z objętością celki pomiarowej 12 μ l, charakteryzujący się znacznie większą czułością S/N > 15000?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych przez Wykonawcę parametrach.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Załącznika Nr 1 w zakresie Części V dotyczące parametrów detektora fluorescencyjnego, które nabierają brzmienia:

- źródło światła – **lampa ksenonowa**,
- objętość celki, **max. 12 μ l** odporna na ciśnienie 20 bar.

Ponadto w całości **usunięto** zapis „częstotliwość błysków lampy regulowana w zakresie nie mniejszym niż 20 - 300Hz”.

Pytanie 6

Część V Chromatograf cieczowy – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści detektor refraktometryczny z celką przepływową o objętości 9 μ l, charakteryzujący się mniejszym dryftem 1×10^{-7} RIU/h, a co za tym idzie większą stabilnością pracy?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych przez Wykonawcę parametrach.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Załącznika Nr 1 w zakresie Części V dotyczące parametrów detektora refraktometrycznego, które nabierają brzmienia:

- objętość celki pomiarowej: **nie większa niż 10 μ l**.

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część.

Dotychczasowy **termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie**. Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 27 lipca 2015 r. godz. 11:30.

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony aktualny Załącznik Nr 1 do SIWZ uwzględniający wszystkie zmiany dokonane do aktualnego momentu.

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak