



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-32/2016

Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

dotyczy Części VIII

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną bez automatycznego otwierania drzwi po zakończeniu cyklu? Drzwi w czasie procesu są elektronicznie blokowane, zapobiegając przed przypadkowym otwarciem oraz na wypadek przerwania programu. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Praca zmywarki nie będzie nadzorowana przez obsługę w trakcie całego cyklu pracy. Automatyczne otwarcie drzwi umożliwia pozbycie się resztek pary wodnej, szybsze stygnięcie szkła i możliwość jego użycia, bez konieczności kontroli zakończenia procesu mycia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną z grzałkami o mocy 5,7 kW? Jest to minimalnie mniejsza moc niż wymagana przez Zamawiającego. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Niższa moc grzałki wydłuży proces mycia szkła.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną z maksymalną głośnością pracy 56 dB? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. W miejscu instalacji sprzętu znajdują się inne urządzenia emitujące hałas, a jest to również miejsce pracy jednego z pracowników.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w jednopoziomowy wózek wyposażony w 20 dysz iniekcyjnych o różnej długości zmywania kolb, cylindrów, zlewów, butelek oraz 5 dysz do mycia pipet o długości do 53,5 cm? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Zmniejszenie liczby dysz do mycia pipet o połowę wpłynie na zmniejszenie efektywności mycia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w jednopoziomowy wózek z conajmniej 60 dyszami iniekcyjnymi umożliwiającymi zmywanie kolb, zlewów lub koszyków z próbkami? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Dwupoziomowy wózek umożliwi umycie większej ilości szkła przy jednorazowym wsadzie (możliwość ustawienia szkła między dyszami, na dwóch poziomach).

dotyczy Części IX

Pytanie 6

Zamawiający wymaga dla destylatora: "automatyczna kontrola temperatury destylatu zapobiegająca stratom amoniaku" Temperatura destylatu jest na tyle niska a destylat na tyle odizolowany od próbki reakcyjnej, że wymagane parametry jakościowe zostają zachowane. Czy zamawiający zaakceptuje destylator bez tej opcji przy zachowaniu parametrów jakościowych pracy destylatora wymaganych w specyfikacji: odzysk >99,5%?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 7

Zamawiający wymaga dla bloku do mineralizacji: "zakres ustawiania temperatur: (20 – 440)°C" Czy zamawiający zaakceptuje zakres do 430°C ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 8

Zamawiający wymaga dla bloku do mineralizacji: „minimum 2 zaślepki” Czy zamawiający zaakceptuje blok do mineralizacji, którego konstrukcja nie wymaga stosowania zaślepek dla miejsc, w których nie prowadzi się mineralizacji ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zaakceptuje blok do mineralizacji bez minimum 2 zaślepek, jedynie w przypadku kiedy mineralizacja może być przeprowadzona bez konieczności użycia zaślepek dla stanowisk, gdzie nie ma prowadzonej mineralizacji. Wykonawca oferując blok do mineralizacji, którego konstrukcja nie wymaga zaślepek dla stanowisk, gdzie nie ma prowadzonej mineralizacji, wskazuje to w opisie oferowanego urządzenia w tirecie odnoszącym się do wymogu posiadania minimum 2 zaślepek.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 18 sierpnia 2016 r. godz. 11:30.**

Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu

Maciej Jabłoński