



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-24/2017

Warszawa, 16 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznych aparatów do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej (2 sztuki) dla Specjalistycznego Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 11:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w trakcie którego odczytano informacje dotyczące:

- kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 315 000,01 zł brutto,
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny, okresu gwarancji, mocy urządzenia oraz funkcjonalności – informacja zawarta w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pkt 1.3 lit. B Części II SIWZ, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty są zobowiązani do przekazania oświadczenia o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 3 do SIWZ) lub braku przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 3A do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert.

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 (zestawienie złożonych ofert)



Zbiornicze zestawienie ofert/~~ofert wstępnych~~*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty (brutto)	Okres gwarancji	Moc urządzenia	Funkcjonalność
1	INKOM INSTRUMENTS Co. W. Kuliński & R. Kłosiński Sp. j. ul. Dzielna 21 01-029 Warszawa	322 260,00 zł	12 miesięcy	1400 wat	Wykonawca oświadczył, iż oferowane urządzenia posiadają następujące funkcjonalności: • możliwość zablokowania procesu destylacji w przypadku instalacji niewłaściwej płytki grzejnej dla wybranej grupy destylacyjnej <u>tak</u>; • automatyczną sygnalizację w przypadku niewykonania czyszczenia rury skraplacza między kolejnymi destylacjami <u>tak</u>; • możliwość pomiaru objętości próbki przed rozpoczęciem badania <u>tak</u>.

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

