



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 25 czerwca 2015 r.

DBA-2/240-30/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla **laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Część IV Łaźnia ultradźwiękowa – 1 sztuka

- Czy Zamawiający wymaga łaźni ultradźwiękowej z układem grzania i chłodzenia - co wynika z podanego zakresu ustawiania temperatury (przy średniej temperaturze otoczenia + 22st. C kontrola temperatury łaźni na poziomie +22 st. C wymagałaby układu chłodzącego, a nie grzewczego) ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wymaga układu chłodzenia i pozostaje przy parametrach podanych w specyfikacji: ogrzewanie w zakresie temperatur 20 – 80°C.

- Jeśli Zamawiający będzie używał łaźni ultradźwiękowej w normalnym zakresie temperatur otoczenia (powyżej + 20 st. C), to wnosimy o dopuszczenie zakresu ogrzewania łaźni od + 30 st. C do + 80 st. C. W przypadku odmowy uprzejmie prosimy o uzasadnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zakresu ogrzewania łaźni od + 30°C do + 80°C. Zamawiający przewiduje pracę w temperaturze poniżej 30°C, dlatego pozostaje przy parametrach podanych w specyfikacji: ogrzewanie w zakresie temperatur 20 – 80°C.

- Czy Zamawiający dopuszcza łaźnię ultradźwiękową bez regulacji mocy ultradźwięków ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne łaźni (długość x głębokość x wysokość) 568mm x 340mm x 321mm ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza łaźnię o wymiarach zewnętrznych 568mm x 340mm x 321mm. W związku z powyższym Zamawiający zmienia w części IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące wymiarów zewnętrznych na: **nie większe niż 568 mm x 400 mm x 450 mm (długość x głębokość x wysokość).**

- Czy Zamawiający dopuszcza pokrywę z chemicznie utwardzonego tworzywa sztucznego ?
Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ ze względu na trwałość pokrywy.

Pytanie 2

Część X Wirówka – 1 sztuka

- Czy Zamawiający dopuszcza czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 15000 rpm optymalny dla wydłużonej trwałości wirnika od 18 do 22 sekund (w zależności od załadowania wirnika) oraz czas zatrzymania rotora optymalny dla wirowania delikatnych substancji od 26 do 30 sekund (w zależności od załadowania wirnika) ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ, ponieważ wirowanie jest jednym z wielu etapów wykonywanych badań. Zwiększenie czasu osiągnięcia maksymalnej prędkości o 5 do 7 sek. oraz czasu hamowania o 14 do 18 sek. (łącznie 19 do 25 sek.) ma znaczenie w przypadku wielokrotnych wirowań. Wpływa to na efektywność małego zespołu pracowników wykonujących bardzo dużo badań.

- Czy Zamawiający dopuszcza ustawienie czasu wirowania w zakresie 30 sek.- 999 min. plus praca ciągła, z oddzielnym przyciskiem szybkiego wirowania ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie z możliwością ustawienia czasu wirowania w zakresie 30 sek.- 999 min. plus praca ciągła, z oddzielnym przyciskiem szybkiego wirowania. W związku z powyższym Zamawiający zmienia w części X Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące możliwości ustawiania czasu na: **"Możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie nie mniejszym niż 15 sek. - 30 min. lub w zakresie nie mniejszym niż 30 sek. - 30 min. plus praca ciągła, z oddzielnym przyciskiem szybkiego wirowania."**

- Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne nie większe niż 26,2 x 23 x 13,1 cm (S x G x W) i poziom hałasu nie przekraczający 60 dB przy prędkości 15000 rpm? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż:

- dopuszcza wirówkę o wymiarach zewnętrznych 26,2 x 23 x 13,1 cm. Jednocześnie Zamawiający zmienia w części X Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące wymiarów zewnętrznych na: **nie większe niż 27 x 24 x 14 cm (S x G x W).**

- pozostaje przy dotychczasowych wymaganiach w zakresie maksymalnego poziomu hałasu (max. 49 dB). Hałas wpływa negatywnie na samopoczucie pracowników (obniżenie koncentracji, uczucie zmęczenia). Wirówka jest jednym z wielu urządzeń na stanowisku pracy wywołujących hałas, więc dodatkowe zwiększenie poziomu hałasu nie jest wskazane w miejscu wykonywania pracy wymagającej uwagi i skupienia.

Pytanie 3

Część IV Łaźnia ultradźwiękowa – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o mocy generatora ultradźwiękowego 500 W i mocy grzałek 1800 W?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 4

Część XVI Blok mineralizacyjny – 1 zestaw

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mineralizatora o wymiarach 420 x 510 x 765 mm i wadze razem z naczyniami 28 kg?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **24 lipca 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 24 lipca 2015 r. godz. 11:30.**

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak