



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 29 czerwca 2015 r.

DBA-2/240-27/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego do chromatografii gazowej i cieczowej dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Część IV Chromatograf gazowy GC-FID – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu GC z maksymalną szybkością grzania pieca 120°C/minutę zamiast 125°C (dotyczy części IV Chromatograf gazowy GC-FID – 1 zestaw)?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia z maksymalną szybkością grzania 120°C/minutę.

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia w części IV** Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące pieca na kolumny na: **szybkość grzania: maksymalnie 120°C/min.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści uzupełnienie Istotnych Postanowień Umowy o zapis, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczanych na podstawie umowy nie przekroczy 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.” Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją Umowy?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 4

Część III Generator wodoru do zestawu GC – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści generator wodoru z maksymalnym przepływem generowanego wodoru – 450 ml/min ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o maksymalnym przepływie generowanego wodoru wynoszącym 450 ml/min. W związku z powyższym Zamawiający **zmienia w części III** Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące generatora wodoru na: **maksymalny przepływ generowanego wodoru – nie mniej niż 450 ml/min.**

Pytanie 5

Część IV Chromatograf gazowy GC-FID – 1 zestaw

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chromatografu gazowego GC-FID z regulacją ciśnienia na dozowniku w zakresie 0 - 970 kPa co 0,1 kPa oraz szybkością zbierania danych detektora FID wynoszącą 250 Hz ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanych parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia w części IV** Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące dozownika z podziałem strumieni S/SL na: **zakres regulacji ciśnienia 0-970 kPa co 0,01 kPa.**

Zmianie ulega również **w części IV** Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymaganie dotyczące detektora plonieniowo-jonizacyjnego FID na: **szybkość zbierania danych nie mniejsza niż 250 Hz.**

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **22 lipca 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 22 lipca 2015 r. godz. 11:30.**

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak