



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 21 września 2015 r.

DBA-2/240-43/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na **dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

dotyczy:

Część III. Pehametr laboratoryjny stacjonarny ze statywem i elektrodą – 1 zestaw

Pytanie

Pytanie: elektroda pH ma zintegrowany kabel. Zamawiający pyta o kabel do elektrody redox, czy wymagane jest dostarczenie także elektrody.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostarczenia elektrody redox.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **14 października 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 14 października 2015 r. godz. 11:30.**