Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-40/2017 Warszawa, 24. października 2017 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

dotyczy Części II – Redystylator – 2 sztuki

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści redestylator produkujący wodę, której jakość spełnia wymagania normy Farmakopei Polskiej V, spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? **Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Jednocześnie informuje, iż woda stosowana w Laboratorium powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 3696.

dotyczy Część VIII – zmywarka laboratoryjna – 1 sztuka

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną z budową wyposażenia pozwalającą na indywidualne konfigurowanie koszy myjących na potrzeby użytkownika, mycie natryskowe i iniekcyjne? Dodatkowo urządzenie zapewnia możliwość mycia za pomocą iniekcji na jednym poziomie, góra lub dół, bez konieczności umieszczenia kosza / wózka na nieużywanym poziomie. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną o głębokości zewnętrznej wynoszącej 630 mm? Każda zmywarka wymaga zastosowania wolnej przestrzeni z tyłu urządzenia, przez co różnicę 30 mm w głębokości można uznać za nieznaczącą. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w:
- kosz dolny podstawowy,
- kosz górny podstawowy z wbudowanym ramieniem natryskującym przeznaczony do różnych wkładów,

- kosz dolny iniekcyjny wyposażony w 12 dysz wtryskowych,
- wkład do mycia 30 szalek Petriego,
- kosz dolny na 120 pipet?

Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni równoważne z wymaganym przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

dotyczy Części XVII

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści jeden z modeli poniższych ultratermostatów:
- ultratermostat o zakresie temperatur roboczych od -40°C do +150°C i termostabilności ± 0,03°C? przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?
- ultratermostat o zakresie temperatur roboczych od -30°C do +170°C i termostabilności ±0,04°C? przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji oryginalnej producenta w języku angielskim do dostawy?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 14 listopada 2017 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński