



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

Warszawa, 2 maja 2013 r.

DBA-2/240-23/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę i montaż dwóch dygestoriów z podłączeniem ich do istniejących kanałów wyciągowo-kominowych wraz z przystosowaniem do montażu pomieszczeń laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Kielcach informuję, iż w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej Zamawiający odpowiada na zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty atestu higienicznego na meble laboratoryjne potwierdzającego dopuszczenie do stosowania ich w laboratorium?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie Nr 2

Czy ze względu na bezpieczeństwo pracy z dygestorium Zamawiający wymaga zastosowania certyfikowanego sterowania (wraz z centralką) spełniającego wymogi normy PN-EN 14175 w zakresie bezpieczeństwa sygnalizacji i sterowania wraz z raportami z badań przeprowadzonych przez laboratorium wzorcujące posiadającego następujące dopuszczenia:

- raport z badań odporności na wyładowania elektromagnetyczne wg PN-EN 61000-4-2,
- raport z badań odporności na udary wg PN-EN 61000-4-5,
- raport z badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-6,
- raport z badań odporności na zapady i krótkie przerwy napięcia wg PN-EN 61000-4-11,
- raport z badań odporności pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-3,

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie Nr 3

Blaty laboratoryjne wykonane z litej ceramiki technicznej muszą spełniać wszystkie wymagania określone w poniższych normach:

- EN 993-9 „Materiały ogniotrwałe. Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych. Oznaczenie pełzania przy wciskaniu”,
- EN 10545-3 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej”,

- EN 10545-4 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej”,
- EN 10545-13 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej”,
- EN 10545-14 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na płamienie”

W celu potwierdzenia, iż oferowany blat spełnia powyższe warunki Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportów z badań zgodnych z normami EN 993-9, EN 10545-3, EN 10545-4, EN 10545-13, EN 10545-14 wydanych przez niezależną od producenta jednostkę akredytowaną?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie stawiając w tym zakresie dodatkowych wymogów.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wymaga zastosowania mechanizmu przesuwu okna dygestorium z użyciem chemoodpornych pasków zębatych pracujących na rolkach aluminiowych? Rozwiązanie tego typu znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy. Standardowo montowane lin ki stalowe na rolkach z tworzywa stanowią zagrożenie zerwania całego systemu zawieszenia okna, lub nierzadko z powodu zadziałania systemu zabezpieczającego przed niekontrolowanym spadkiem okna blokują okno dygestorium do czasu przyjazdu serwisu. Rozwiązania alternatywne zawieszenia okna stosuje się obecnie w całej Unii Europejskiej znacznie ograniczając w ten sposób koszty serwisu i spełniając coraz bardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa pracy.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie stawiając w tym zakresie dodatkowych wymogów.

Pytanie Nr 5

Wdrożenie przez producenta mebli laboratoryjnych systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, środowiskowego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 14001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-EN ISO 18001 pozwala zapewnić wysokiej jakości meble laboratoryjne oraz dygestoria jak również wpływa na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów zgodnych z powyższymi normami wydanych przez niezależną od producenta uprawnioną jednostkę certyfikującą?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Oferty należy składać do dnia 7 maja 2013r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 7 maja 2013 r. godz. 10:30.

Dyrektor Generalny Urzędu

Monika Bronkau-Lugowska