

DBA-2/240-22/2013

Warszawa, 7 maja 2013 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2013 r. informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1 – dotyczy Części I

Czy Zamawiający dopuści redystylator o drugiej klasie czystości wg normy PN-EN ISO 3696 i zachowaniem pozostałych wymagań?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuści redystylator o drugiej klasie czystości wody wg normy PN-EN ISO 3696 z zachowaniem pozostałych wymagań. Wymaganiem Zamawiającego jest czystość wody 3 stopnia więc wymaganie minimalne przy sprzęcie zapewniającym czystość 2 stopnia zostaje spełnione.

Pytanie – dotyczy Części V

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o zakresie prac od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100 °C i zachowaniem pozostałych wymagań?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Łaźnia musi spełniać nastawę i utrzymanie temperatury na poziomie 20 °C, gdyż jest to temperatura obligatoryjna, w jakiej należy utrzymać odczynnik w czasie reakcji rozpuszczania włókna podczas identyfikacji składu surowcowego.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 3 czerwca 2013 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 3 czerwca 2013 r. godz. 10:30.

Z up. Dyrektora Generalnego

Joanna Ossowska