



Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

DBA-2/240-37/2014

Warszawa, 10 września 2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie - dotyczy części II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu HPLC o parametrach znacznie lepszych niż specyfikowane, którego szum detektora DAD wynosi $<\pm 0,000008$ AU, dla 254nm? Poziom szumu nie specyfikuje czułości detektora. Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie Państwu zestawu umożliwiającego pracę również w trybie UHPLC (przepływ do 10 ml/min w zakresie ciśnienia do 620 bar) - skrócenie czasów analiz oraz znaczne zwiększenie czułości w porównaniu do wyspecyfikowanego zestawu klasycznego HPLC.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 7 października 2014 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 7 października 2014 r. godz. 10:30.

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak