



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 7 lipca 2015 r.

DBA-2/240-27/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego do chromatografii gazowej i cieczowej dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie

Część V Chromatograf cieczowy – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści detektor UV-Vis z matrycą diodową o 1024 diodach posiadający zakres długości fali 190-700nm, pracujący z lampą deuterową w całym zakresie długości fali. Charakteryzujący się za to bardzo niskim szumem $\pm 2 \times 10^{-6}$ AU, wpływającym na bardzo wysoką czułość tego detektora.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia z zakresem długości fali: co najmniej 190-700nm. Jednocześnie Zamawiający usuwa zapis minimalnego wymogu posiadania dwóch lamp zapewniających odpowiednią energię światła w całym zakresie długości fali. W związku z powyższym Zamawiający zmienia w części V Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dotyczące detektora UV-Vis z matrycą diodową na **zakres długości fali: co najmniej 190-700nm** i usuwa minimalny wymóg: **dwie lampy zapewniające odpowiednią energię światła w całym zakresie długości fali**.

Powyższa odpowiedź stanowi zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednak jej uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **27 lipca 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 27 lipca 2015 r. godz. 11:30.**

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak