



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 11 września 2015 r.

DBA-2/240-44/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na **dostawę chromatografu gazowego oraz chromatografu jonowego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

dotyczy: Część I. Chromatograf gazowy – 1 zestaw

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwukanałowego chromatografu gazowego z dozownikiem split/splitless oraz detektorem płomieniowo – jonizacyjnym z regulacją ciśnienia w zakresie 0 – 140 psi z dokładnością co 0,01 psi oraz szybkością zbierania danych detektora FID wynoszącą 250 Hz ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby automatyczny podajnik próbek był wyposażony w tacę na 15 fiolek?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy podłączony z komputerem poprzez port szeregowy RS-232?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równorzędnej kolumny chromatograficznej o takich samych parametrach i wypełnieniu jak kolumna BP20 (WAX)?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **15 października 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 15 października 2015 r. godz. 11:30.**

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak