



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-32/2016

Warszawa, 22 lipca 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

dotyczy Części III

Pytanie 1

Prosimy o określenie pozostałych (szerokość i wysokość) minimalnych, wymaganych wymiarów komory roboczej dygestorium chemoodpornego (część III). Zamawiający określił tylko jeden z trzech wymiarów komory roboczej, przy jednoczesnym określeniu wszystkich trzech wymiarów zewnętrznych dygestorium, podanie oczekiwanych przez Zamawiającego pozostałych minimalnych wymiarów komory roboczej: szerokości i wysokości, pozwoli na dobranie odpowiedniego dygestorium z portfolio oferowanych typów, pozwoli także uniknąć ewentualnych nieporozumień co do wielkości przestrzeni roboczej niezbędnej do prowadzenia prac.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż doprecyzowuje charakterystykę urządzenia w zakresie wymiarów komory roboczej dygestorium. W związku z powyższym zmienia minimalne wymagania w zakresie charakterystyki poprzez dodanie dwóch tiretów:

- **szerokość komory roboczej min. 1700 mm (mierzona w połowie głębokości komory roboczej);**
- **wysokość komory roboczej min. 1500 mm (mierzona od blatu roboczego do poziomego sufitu).**

dotyczy Części I

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu HPLC z degazerem czterokanałowym, co odpowiada czterem liniom rozpuszczalnika w pompie 4-składnikowej? Płukanie wewnętrzne oraz zewnętrzne igły w oferowanym autosamplerze nie wymaga stosowania dodatkowej – piątej linii eluentu (inne rozwiązanie technologiczne).

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu HPLC z pompą o pulsacji $<0,2\text{MPa}$? Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie pompy o znacznie lepszych parametrach, w tym dokładności ($\pm 0,1\%$) oraz precyzji przepływu ($<0,05\%$), pracującej w zakresie ciśnień do ponad 60 MPa (zakres UHPLC).

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu HPLC z detektorem DAD, którego specyfikowany poziom szumów jest niezauważalnie większy (o 0,000003 AU) i wynosi $\pm 8 \times 10^{-6}$ AU, dla 254nm, z celką izolowaną termicznie (inne rozwiązanie technologiczne)?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu HPLC, w którym zastosowano standardowy typ komunikacji chromatografu z komputerem za pomocą oprogramowania sterującego poprzez złącze typu USB?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Na stronie internetowej UOKiK został zamieszczony Załącznik Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) uwzględniający dokonane zmiany.

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 18 sierpnia 2016 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Monika Bronkau-Ługowska