



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-45/2016

Warszawa, 22 września 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Proszę o rozwianie wątpliwości, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, ponieważ: W pkt. 7.5 SIWZ Zamawiający zapisał, iż „nie dopuszcza składania ofert równoważnych”, natomiast w pkt. 3.7 Zamawiający umieścił zapis, iż: „ w przypadku zaoferowania produktów równoważnych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy), np. poprzez sporządzenie opisu zaoferowanych produktów, potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w niniejszej części oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. Dokument powinien zawierać minimum informacji tj. nazwa producenta i model oraz wyspecyfikowane parametry i funkcjonalność.” ?

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 3.7 Części I SIWZ dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy), np. poprzez sporządzenie opisu zaoferowanych produktów, potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w niniejszej części oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. Dokument powinien zawierać minimum informacji tj. nazwa producenta i model oraz wyspecyfikowane parametry i funkcjonalność.

Pytanie 2

Proszę także o doprecyzowanie momentu składania tego opisu, tj. czy ma on być dołączony do oferty, czy przekazany Zamawiającemu na wezwanie, jak to ujęto w pkt. 2.11 SIWZ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ, a także potwierdzających spełnianie przez oferowany sprzęt wymagań SIWZ, tj. między innymi do dokumentu wymienionego w pkt 2.11 lit. B Część II SIWZ. Należy podkreślić, iż Wykonawca może już na etapie składania ofert przedłożyć dokumenty wymienione w pkt 2 lit. B Część II SIWZ (np. opis oferowanego sprzętu), jednak jest to wyłącznie uprawnienie, a nie obowiązek Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści funkcjonalnie równoważną kolorową kamerą cyfrową do mikroskopu o następujących parametrach?:

- **Wielkość sensora - 1/2,7"** - proponowany sensor jest funkcjonalnie równoważny. W połączeniu z wbudowaną elektroniką kamery zapewnia wysokie odwzorowanie kolorów oraz niski poziom szumów.
- **Czas ekspozycji - 1 ms - 10 s** - proponowany zakres jest funkcjonalnie równoważny. Ekstremalnie krótki czas naświetlania miałby znaczenie przy ekstremalnie dużej ilości światła która nie występuje przy obserwacjach mikroskopowych. Natomiast często zdarza się na odwrót, że wymagany jest dłuższy czas naświetlania, kiedy występuje mniejsza ilość światła w trakcie prowadzonych obserwacji.
- **Obrazy JPG z rozdzielczością do 8mln pixel** - proponowany parametr jest lepszy od wymaganego
- **Sterowanie kamerą za pomocą komputera lub myszy komputerowej (bezprowadowej)** - proponowane rozwiązanie jest C. Możliwość pracy z kamerą lub bez konieczności podłączenia do komputera
- **Automatyczny przełącznik trybu pracy PC/HDMI** - rozwiązanie jest funkcjonalnie równoważne do wymaganego przełącznika trybu pracy PC/HDMI
- **Mysz komputerowa do sterowania kamery** - funkcjonalnie równoważne do pilota IR
- Łącznik 0,35x pasujący do posiadanego mikroskopu Leica DMSL, dla zapewnienia równoważnego do wymaganego pola widzenia.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 4

Czy dopuszczają Państwo do przetargu dla części 5 "Waga analityczna z jonizatorem antystatycznym" : - wagę z dotykowym kolorowym wyświetlaczem?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia z dotykowym kolorowym wyświetlaczem pod warunkiem, że wyświetlacz spełni pozostałe wymagania SIWZ tj.:

- Podświetlany wyświetlacz LCD;
- Menu wyświetlacza w jęz. polskim.

Pytanie 5

Czy dopuszczają Państwo do przetargu dla części 8 "Waga analityczna":

- wagę z szalką o średnicy 90 mm
- wagę bez elektronicznej poziomicy

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 24 października 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 24 października 2016 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński