

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji	Jakość	Termin wykonania i warunki płatności
1	„SHIM-POL A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. j. ul. Lubomirskiego 5 05-080 Izabelin	423 968,70 zł	36 miesięcy	- całkowite zużycie argonu podczas analiz opisanych w charakterystyce przyrządu wynosi poniżej 12 l/min; - czas rozruchu urządzenia od momentu włączenia aparatu z trybu stand –by do możliwości wykonywania analiz wynosi poniżej 10 min; - czas potrzebny na ustabilizowanie plazmy od momentu jej włączenia wynosi poniżej 10 min; - urządzenie, nie zużywa argonu w sytuacji, gdy aparat jest w trybie stand-by (optyka aparatu przygotowana do pracy, czyli aparat jest gotowy do zapalenia plazmy i rozpoczęcia pomiarów) <u>tak/nie*</u>; - urządzenie nie zużywa argonu w sytuacji, gdy aparat będzie dostosowywał temperaturę optyki <u>tak/nie*</u> Możliwość zainstalowania oprogramowania do analizy wyników uzyskanych za pomocą spektrometru na 2 sztukach dodatkowych komputerów bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów usługi serwisowych na następujących warunkach: - diagnoza awarii nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, - naprawa urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych.	zgodnie z SIWZ



Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji	Jakość	Termin wykonania i warunki płatności
2	SPECTRO-LAB Sp. z o.o. ul. Warszawska 100/102 05-092 Łomianki	369 000,00 zł	36 miesięcy	• całkowite zużycie argonu podczas analiz opisanych w charakterystyce przyrządu wynosi 13,5 l/min; • czas rozruchu urządzenia od momentu włączenia aparatu z trybu stand –by do możliwości wykonywania analiz wynosi 9 min; • czas potrzebny na ustabilizowanie plazmy od momentu jej włączenia wynosi 9 min; • urządzenie, nie zużywa argonu w sytuacji, gdy aparat jest w trybie stand-by (optyka aparatu przygotowana do pracy, czyli aparat jest gotowy do zapalenia plazmy i rozpoczęcia pomiarów) <u>tak/nie*</u>; • urządzenie nie zużywa argonu w sytuacji, gdy aparat będzie dostosowywał temperaturę optyki <u>tak/nie*</u> Możliwość zainstalowania oprogramowania do analizy wyników uzyskanych za pomocą spektrometru na 3 sztukach dodatkowych komputerów bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów usługi serwisowych na następujących warunkach: • diagnoza awarii nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, • naprawa urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych.	zgodnie z SIWZ

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

